



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 1 kwietnia 2025 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji wraz z dzierżawą urządzeń dla Szpitala św. Anny w Miechowie.**” Nr sprawy: 7/TP/2025.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

1.

Czy Zamawiający dopuści koszulkę sterowalną o kącie wygięcia od 90 do ponad 135 stopni?

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza koszulkę sterowalną o kącie wygięcia od 90 do ponad 135 stopni.

2.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycja 7 "Elektrody dyspersyjne jednorazowego użytku do generatora RF wyposażone w symetryczne dwubiegunowe złącze" wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania zbiorczego tj. 50 sztuk? Powyższy asortyment jest sprzedawany w pełnych opakowaniach zbiorczych bez możliwości sprzedaży pojedynczej sztuki.

Ad. 2 Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycja 7 "Elektrody dyspersyjne jednorazowego użytku do generatora RF wyposażone w symetryczne dwubiegunowe złącze" dopuszcza 1 opakowania zbiorczego tj. 50 sztuk. W załączeniu OPZ po zmianie z dnia 01.04.2025 załącznik nr 4.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2025-04-04** godz. **10:00** na dzień **2025-04-08** godz. **10:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2025-04-04** godz. **10:15** na dzień **2025-04-08** godz. **10:15**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

podpis elektroniczny