



02.02.2024

**Odpowiedzi na pytania wykonawców do zapytania ofertowego 880970 „Łóżko bariatryczne „**

W związku z opublikowanym postępowaniem prosimy o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze (SWL) 320 kg oraz przystosowane do maksymalnej wagi pacjenta (MPW) 250 kg?

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego możliwości regulacji szerokości leża? Oferowane łóżko będzie posiadało leże o szerokości 98 cm (przystosowane do materaca o szerokości 100 cm).

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca przeciwoślizgowego bariatrycznego pasywnego, dostosowanego do maksymalnej wagi pacjenta (MPW) 300 kg?

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6 tygodniowy lub 8 tygodniowy termin realizacji zamówienia?

**ODP. Zamawiający wyraża zgodę**



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka bariatrycznego Citadel Plus firmy ARJO z funkcją regulacji szerokości leża między 86 a 122 cm. Łóżko zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego jest wyposażone w materac przeciwodleżynowy bariatryczny który również ma funkcję regulacji szerokości za pomocą dodatkowych komór powietrznych (po obu stronach) które można napęścić w momencie poszerzenia leża łóżka. Standardowa szerokość 86 cm (bez poszerzenia) pozwala na użytkowanie łóżka jako standardowego łóżka do opieki nad pacjentem wymagającym intensywnego nadzoru.

**ODP. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 2 – pozycja 1

Zamawiający określił parametr obciążenia dynamicznego na min.350 kg. Czy Zamawiający ma na myśli to aby łóżko umożliwiało na użytkowanie przez pacjenta o wadze min. 350 kg niezależnie od pozycji łóżka.

**ODP. Zamawiający wymaga łóżka które będzie umożliwiało na użytkowanie przez pacjenta o wadze min. 350 kg niezależnie od pozycji łóżka.**

Pytanie nr 3 – pozycja 2

Zamawiający określił wymóg obciążenia dynamicznego łóżka na poziomie min. 350 kg. Czy również w przypadku materaca Zamawiający będzie oczekiwał aby umożliwiał on opiekę nad pacjentem o wadze min. 350 kg. Doprecyzowanie tego parametru zapewni Zamawiającemu pełną użyteczność łóżka zgodnie z przeznaczeniem.

**ODP. Tak. Zamawiający wymaga takiego samego obciążenia dla materaca przeciwodleżynowego**



1Czy Zamawiający życzy sobie barierki dzielone:

Zgodnie ze zdjęciem nr 1

Zgodnie ze zdjęciem nr 2

ODP. Zamawiający wymaga barierek zgodnie ze zdjęciem nr 1