



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 18 lutego 2025 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Dostawy leków do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie, uzupełnienie sprzęt do tomografu**”. Nr sprawy: **4/TP/2025**.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

1.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem.” W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad.1 Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta automatycznego wstrzykiwacza CT Motion ,będącego własnością zamawiającego.

2.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad. 2 Zamawiający wymaga,aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion firmy ulrich.

3.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał, aby parametr czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek w wężyku pompy oraz męskie złącze Luerlock z wbudowanym zaworem

zwrotnym był potwierdzony przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

Ad. 3 Zamawiający wymaga aby parametr czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek w wężyku pompy oraz męskie złącze Luerlock z wbudowanym zaworem zwrotnym był potwierdzony przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

4.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Według naszej wiedzy wstrzykiwacz CT Motion, który jest w posiadaniu Zamawiającego jest w stanie aktualnym objęty gwarancją producenta. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawców zamiennika (produktu równoważnego) oryginalnych (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza) wężyków pompy i pacjenta Zamawiający będzie wymagał pisemnej zgody w formie oświadczenia GWARANTA/PRODUCENTA na wykorzystanie produktu bez utraty gwarancji. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego

Ad. 4 Zamawiający wymaga oryginalnych wężyków pompy i pacjenta (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza), kompatybilnych ze wstrzykiwaczem CT Motion firmy ulrich.

5.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do wzoru umowy ?

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie.

Ad. 5 Pozostaje jak w SWZ.

6.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy, §9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia.

Ad. 6 Pozostaje jak w SWZ.

7.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawców zamiennika (produktu równoważnego) oryginalnych (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza)

wężyków pompy i pacjenta Zamawiający będzie wymagał pisemnej zgody w formie oświadczenia producenta produktów (wymaga się złożenia oświadczenia wraz z tłumaczeniem na język polski) na użytkowanie materiałów eksploatacyjnych bez utraty certyfikatu CE. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, w którym Wykonawca zagwarantuje użytkowanie wstrzykiwacza bez ingerencji osób trzecich w budowę i funkcjonowanie wstrzykiwacza, który Zamawiający posiada np. montaż dodatkowych uchwytów, dolepek itp. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz art. 20 rozporządzenia (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 oznakowanie CE wskazuje, że dane urządzenie medyczne zostało zbadane przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa. Wszelka ingerencja i zmiana charakterystyki urządzenia medycznego bez zgody producenta urządzenia medycznego powoduje naruszenie CE i jednocześnie pozbawienie certyfikatu CE. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad. 7 Zamawiający wymaga produktów oryginalnych, kompatybilnych z automatycznym wstrzykiwaczem CT Motion firmy urlich.

8.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia oryginalnych instrukcji obsługi produktów zatwierdzonych przez producenta wężyków wraz z tłumaczeniem na język polski, które będą dołączone do opakowania zbiorczego wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad. 8 Zamawiający wymaga złożenia oryginalnych instrukcji obsługi produktów zatwierdzonych przez producenta wężyków wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę (jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia; za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia; naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta, a koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca). W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad. 9 Zamawiający wymaga kompatybilnego produktu z posiadaną pompą automatyczną do podaży kontrastu .

10.

Dotyczy: SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w celu sprawdzenia jakości produktów Zamawiający będzie wymagał dostarczenie próbek? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Ad. 10 Zamawiający nie wymaga próbek.

11.

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie poprzez określenie „nr kodowy” w kolumnie „k”.

Ad. 11 Zamawiający prosi o, umieszczenie nazw katalogowych w kolumnie „k” w formularzu asortymentowo-cenowym.

podpis elektroniczny