



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraków, dnia 20.05.2025 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**”, nr zamówienia DZiK-DZP.2920.14.2025

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 7 waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuści umieszczenie specjalnego oznaczenia na wadze legalizowanej zamiast dokumentu świadectwa legalizacji? Swoją prośbę motywujemy faktem, że dla nowych wag z legalizacją pierwotną nie są wydawane świadectwa w postaci dokumentu. Świadectwem legalizacji jest oznaczenie na wadze: litera M wraz z rokiem legalizacji pierwotnej i Deklaracją Zgodności CE producenta.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie specjalnego oznaczenia na wadze legalizowanej literą M wraz z rokiem legalizacji pierwotnej i Deklaracją Zgodności CE producenta.

Zadanie nr 3 wirówka laboratoryjna:



- 1) Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotową w zakresie Max. RPM (min-1): 90 - 18 000, krok 1 RPM?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga regulowanej prędkości obrotowej (RMP) w zakresie nie mniejszym niż: 90 -18 000 obr/min, krok co 1 obr/min.

Zamawiający modyfikuje parametr techniczny wirówki laboratoryjnej:

Z:

Regulowana prędkość obrotowa (RMP) w zakresie nie mniejszym niż: 90 – 180 obr/min z krokiem co 1 obr/min,

NA:

Regulowana prędkość obrotowa (RMP) w zakresie nie mniejszym niż: 90 -18 000 obr/min, krok co 1 obr/min.

- 2) Punkt 13.d. Czy Zamawiający dopuści wkładkę redukcyjną na probówki falcon 8 x 15 ml?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga wkładki redukcyjnej na probówki falcon 8 x 15 ml.

Zamawiający modyfikuje parametr techniczny wirówki laboratoryjnej:

Z:

Wkładka redukcyjna na probówki 8 x 25 ml falcon – szt. 4

NA:

Wkładka redukcyjna na probówki falcon 8 x 15 ml.

- 3) Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści wirówkę o prędkości wirowania regulowanej w zakresie 50 – 15 000 rpm z krokiem co 10 obr/min?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o prędkości wirowania regulowanej w zakresie 50 – 15 000 obr./min z krokiem co 10 obr/min.



- 4) Pkt. 7b Czy Zamawiający dopuści wirówkę z jednoczesnym wskazaniem na wyświetlaczu bieżących wartości prędkości lub przyspieszenia, czasu oraz stopnia przyspieszania i hamowania?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wirówkę z jednoczesnym wskazaniem na wyświetlaczu bieżących wartości prędkości lub przyspieszenia, czasu oraz stopnia przyspieszania i hamowania.

- 5) Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 98 programami użytkownika?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki z 98 programami użytkownika.

- 6) Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 9 charakterystykami rozpędzania / 10 charakterystykami hamowania i programowaniem wieloodcinkowych charakterystyk przyspieszania / hamowania?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki z 9 charakterystykami rozpędzania / 10 charakterystykami hamowania i programowaniem wieloodcinkowych charakterystyk przyspieszania / hamowania.

- 7) Pkt. 13d Czy Zamawiający dopuści wkładki redukcyjne na próbówki 7 x 25 ml falcon – 4 szt. ? Będzie można wirować jednocześnie 28 próbek 25 ml falcon.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wymaga wkładki redukcyjnej na próbówki 8 x 15 ml falcon – 4 szt.

Zamawiający modyfikuje parametr techniczny wirówki laboratoryjnej:

Z:

Wkładka redukcyjna na próbówki 8 x 25 ml falcon – szt. 4

NA:

Wkładka redukcyjna na próbówki falcon 8 x 15 ml.

Zadanie nr 4 mikroskop biologiczny odwrócony:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

- 1) Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowiec na mikroskop był impregnowany od wewnętrznej strony, mocny szyty z tkaniny poliestrowej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie specyfikował rodzaju/typu pokrowca na mikroskop ale mile widziany pokrowiec impregnowany od wewnętrznej strony, mocny szyty z tkaniny poliestrowej.

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zmienioną wersję załącznika nr 1.1 - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 (wirówka laboratoryjna). Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.