

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. *Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż wagi samochodowej zagłębionej 18m x 3m. na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ”*

2. *Nazwa i kody CPV:*

– 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria.

3. *Przedmiot zamówienia:*

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na demontażu i zagospodarowaniu starej wagi samochodowej, przystosowaniu istniejącego dołu wagowego pod wymogi nowego pomostu wagowego wg wytycznych producenta lub dopasowanie wagi do istniejącego dołu wagowego, dostawa nowej wagi wraz z niezbędną elektroniką, montaż wagi, legalizacja, uruchomienie oraz szkolenie obsługi. Wymiary zabudowy 3,00 m x 8,00 m.

4. *Wymagania Zamawiającego.*

Po stronie Wykonawcy stoją następujące elementy do wykonania:

- Demontaż istniejącej wagi oraz jej zagospodarowanie we własnym zakresie.
- b) Dostawa i montaż wagi samochodowej zagłębionej, (prace budowlane po stronie wykonawcy).
- c) Waga samochodowa powinna posiadać następujące parametry techniczne:
 - zakres ważenia 400 kg – 30 000 kg,
 - długość wagi 8 m, szerokość 3 m (lub dostosowana do istniejącego dołu wagowego);
 - działka elementarna d=5 kg.;
 - pomosty wagowe powinny być poddane prefabrykacji i dostarczone Zamawiającemu jako produkt gotowy do montażu przez Wykonawcę;
 - Klasa ekspozycji dla betonu:
 - Skład – klasa C35/45, wg PN-EN 206-1:2003;
 - Mrozoodporność – F150;
 - Wodoszczelność – W8;
 - Ścieralność – 1,5mm, wg BN-80/6775-03/01;
 - Wymaganie zgodności z PN-EN 206-1;
 - Przeznaczenie – beton zbrojony drogowo-mostowy.
 - Pomost wagowy powinien być tak skonstruowany, aby możliwe było jego łatwe wyczyszczenie – (przestrzeń pomiędzy wjazdem i zjazdem z wagi a pomostem wagowym) bez konieczności demontażu pomostu wagowego(kłapy rewizyjne na całej szerokości wagi o dł. min 20 cm) ;
 - Pomost wagowy prefabrykowany, w całości wykonany w siedzibie producenta;
 - wszystkie metalowe elementy wagi powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
 - Uszczelka profil „T” na całym obwodzie wagi;

- cyfrowe czujniki tensometryczne europejskiego producenta w obudowie ze stali nierdzewnej;
 - okablowanie czujników tensometrycznych w fabrycznym oplocie antygryzoniowym;
 - połączenie kablowe miernika wagowego z czujnikami tensometrycznymi zabezpieczone antygryzoniowo;
- d) Przepust techniczny pomiędzy wagą a miejscem instalacji miernika wagowego powinien być wykonany w sposób uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie;
- e) Cyfrowy miernik wagowy z panelem dotykowym oraz menu w języku polskim w obudowie ze stali nierdzewnej europejskiego producenta. Miernik powinien posiadać port Ethernet. Powinien posiadać możliwość sterowania sygnalizacją świetlną;
- f) Wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny (wysokość cyfry min 12cm, obudowa stal nierdzewna). Polski producent;
- g) Cały system wagowy powinien posiadać uziemienie potwierdzone prawidłowym wynikiem pomiarów,
- h) Całość inwestycji powinna być wykonana kompleksowo;
- i) Każdy etap dostawy powinien być potwierdzony protokołem.
- j) Po zamontowaniu wagi Wykonawca przeprowadzi legalizację, kalibrację wraz z kosztami wynajmu i transportu wzorców masy oraz uzyska wszelkie konieczne pozwolenia na użytkowanie.
- k) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji wagi i programu wagowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
- l) Wykonawca po zakończeniu montażu i legalizacji wagi dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi w języku polskim oraz wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. Zostanie to potwierdzone protokołem odbioru.
- m) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:
- minimum 36 miesięcznej na dostarczone urządzenie i wykonane prace;
 - 10 lata na czujniki (przepięcia).
- n) Wykonawca zagwarantuje świadczenie usług serwisu gwarancyjnego:
- czas reakcji serwisu do 24 h.
- o) Wykonawca przedstawi koszty związane z eksploatacją oferowanego urządzenia (wymiana części zużywających się w trakcie eksploatacji, konieczne przeglądy, prace konserwacyjne, wymagane legalizacje i wzorcowania) w okresie 3 lat od uruchomienia urządzenia (lub przedstawionego w ofercie innego czasu udzielenia gwarancji) oraz zapewni właściwe ich wykonanie (w tym pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych oraz wszelkie koszty związane z legalizacją, obsługą i dojazdem w powyższym okresie) tak aby zachować udzieloną gwarancję.
- p) Wykonawca przedstawi harmonogram wraz z wyceną obsługi oraz konserwacji urządzenia i koniecznymi pracami serwisowymi.
- q) Na czas remontu i montażu nowej wagi samochodowej Wykonawca zapewni wynajem podkładek wagowych pod osie samochodu – jako wagę zastępczą.

Wycenę w formie tabeli excel należy wypełnić i załączyć na Platformie Zakupowej wraz z ofertą.

Termin realizacji zgodnie z Oceną punktową załączoną na Platformie Zakupowej.