



Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Łodzi

Szpital im. dr. J. Babińskiego  
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159

tel. / fax. 42 71 55 777, 42 652-80-30

REGON 000297187 NIP 947-16-67-139

Łódź, dnia 03.04.2025 r.

SPZOZ/DZPIZ/98/2025

## WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

*Dotyczy: „ Zakup MRI i utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w zabudowie kontenerowej w ramach projektu „Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.Znak sprawy: ZPIZ/PN/D/6/2025.”*

I. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zawiadamia, że działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) dalej ustawy Pzp, uprzejmie informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

### PYTANIE NR 1

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia.**

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz **licencji lub kluczy serwisowych**, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy rezonans w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany *vendor lock-in*, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających<sup>[1]</sup>, w której czytamy, że „*przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego*”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, **UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów, licencji lub kluczy serwisowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia).** Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że: „*nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu*”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z rezonansem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej rezonansu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem rezonansu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych<sup>[2]</sup>. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „*możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)*”.

<sup>[1]</sup> Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem [https://www.uzp.gov.pl/\\_data/assets/pdf\\_file/0025/27574/Rekomendacje\\_UZP20ws.\\_zamowiec584\\_na\\_systemy\\_informatyczne.pdf](https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf)

<sup>[2]</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).



Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi licencjami, kluczami i dostępami serwisowymi**, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennnej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla rezonansu magnetycznego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były hasła, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie hasła, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

*Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałby lub utrudniałby Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Nabywcę z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Nabywcy wszelkie kod, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Nabywcy dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych.*

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) poprzez dodanie zapisu § 1 ust. 6 umowy o następującej treści:**

„ Wykonawca gwarantuje, iż Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności sprzęt w postaci rezonansu magnetycznego MRI - po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy - po upływie gwarancji - zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich blokad i innych ograniczeń, w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałby lub utrudniałby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny podmiot uprawniony do serwisu, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy - na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. a umowy - udostępni Zamawiającemu wszelkie kody, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług



serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych.”

Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ) poprzez dodanie zapisu § 6 ust. 1 lit. i) umowy o następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy – w sytuacji braku wykonania lub nienależytego wykonania obowiązku Wykonawcy opisanego w § 1 ust. 6 umowy – za każdy stwierdzony przypadek.”

## **PYTANIE NR 2**

**Dotyczy zał. nr 3, Umowa §4 ust. 4**

Zamawiający zaznacza, że płatność zostanie dokonana w dwóch częściach. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje wystawienia dwóch faktur? Jednej na 90% wartości zamówienia oraz drugiej na 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treść projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w poniższym zakresie:**

- § 4 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) – nadając mu brzmienie:

„Wykonawca, wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy, które potwierdzone zostanie Protokołem odbioru całości przedmiotu umowy oraz po złożeniu faktury Zamawiającemu.”

- § 3 ust. 1 i 2 projekt umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) nadają mu brzmienie:

„1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie jednego protokołu - po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z § 1 i 2 Umowy wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego.

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.”

- w § 2 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) nadając mu brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, w tym zaprojektowania, wykonania prac budowlanych, dostarczenia i wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy jak również do wykonania obowiązków wynikających z OPZ stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - w terminie \_\_\_\_\_dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).”

## **PYTANIE NR 3**

**Dotyczy zał. nr 3, Umowa §6 ust. 1 lit. a), b), c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na:

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ~~0,3%~~ **0,1%** całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1; jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;

b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ~~0,3%~~ **0,1%** całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki przeszkoleniu personelu Zamawiającego, w terminie ustalonym między stronami, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ~~0,2%~~ **0,1%** całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie lub usunięciu wad lub usterek wykonanego i dostarczonego przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;

Uzasadnienie:

Prosimy o obniżenie stawki do 0,1% tj. do stawki powszechnie przyjmowanej zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczą – kompensacyjną, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

**Odpowiedź:** Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE NR 4**

**Dotyczy zał. nr 3, Umowa §6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, **z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.**”

Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE NR 5**

**Dotyczy zapisów SWZ**

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania<sup>1</sup> przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

**Odpowiedź: Zamawiający umożliwi połączenie z wykorzystaniem VPN zestawiane na żądanie w celu wykonania diagnostyki lub zapewnienia wsparcia.**

#### **PYTANIE NR 6**

##### **Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 5 - Termin Wykonania Zamówienia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 7**

##### **Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką informację, w postaci oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z całokształtu przedłożonych dokumentów i ogólnodostępnych informacji dla Zamawiającego – danej informacji nie będzie można potwierdzić kartami katalogowymi, ulotkami, instrukcjami, etc.**

#### **PYTANIE NR 8**

##### **Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim? Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 208 OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ) – poprzez nadanie mu brzmienia: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego. W sytuacji przedłożenia ww. dokumentów w oryginale w języku angielskim – wymagane jest przedłożenie jedynie parametrów przetłumaczonych na język polski – w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgodności oferowanego towaru z OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ).”**

**W przypadku wezwania Oferenta do przedmiotowych środków dowodowych – konieczne będzie przedłożenie dokumentów w języku polskim wskazujących na parametry zgodnie z rozdziałem 8.1. pkt. 1.4. i 1.5. SWZ.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**PYTANIE NR 9****Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. rezonansu magnetycznego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego, a tym bardziej usług?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą dla urządzenia MRI. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - okt.8.1. oraz treści Załącznika nr 8 do SWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE NR 10****Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm.), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów dostawcy sprzętu medycznego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie – działając w zgodzie z § 12 a projektu umowy oraz art. 465 ustawy pzp.

♦ Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) poprzez dodanie § 12a umowy

**„§ 12a Podwykonawstwo**

1. Zamawiający w ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza korzystanie z podwykonawców.
2. Zakres umowy, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy):  
.....
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót/ dostaw/ usług będących przedmiotem umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy/ usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej propozycji zmiany podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, kiedy to projekt nie spełnia wymagań określonych w SWZ.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, kiedy to projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
7. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy/ usługi - w sytuacji, o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Brak zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane/ dostawy/ usługi, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności będące przedmiotem niniejszej umowy.

14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i zawierać w szczególności:

- a) szczegółowy zakres przedmiotu umowy,
- b) termin wykonania przedmiotu umowy,
- c) wysokość wynagrodzenia,
- d) termin płatności,
- e) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
- f) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
- g) informację, że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego.

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających wypłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy za umowę, których zakres obejmował roboty wykonane przez podwykonawcę.

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego.

17. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i zawierać w szczególności:

- a) szczegółowy zakres przedmiotu umowy,
- b) termin wykonania przedmiotu umowy,
- c) wysokość wynagrodzenia,





d) termin płatności,

e) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane dostawy lub usługi.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Termin zapłaty tego wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówionej roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

19. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie operacji dokonania przelewu na rachunek bankowy i oświadczenie do faktury o uregulowaniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

20. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie, Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania należności Wykonawcy wynikającej z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiegokolwiek odszkodowanie.

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Zamawiającego.

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,



lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek.

27. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z miejsca wykonywania umowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy bhp i ochrony środowiska.”

♦ Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) poprzez dodanie w § 6 ust. 1 następującego postanowienia (dodanie lit. e,f,g,h)

e) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub projektu zmiany tej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu ich zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 za każdy taki przypadek,

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2,

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.”

#### **PYTANIE NR 11**

Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza innej procedury dostawy kontenera i urządzenia rezonansu niż Pozwolenie na Budowę na podstawie wykonanego przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

#### **PYTANIE NR 12**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z terminu realizacji przedmiotu zamówienia czasu potrzebnego do wykonania Projektu Architektoniczno - Budowlanego oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, w szczególności Pozwolenia na Budowę, które jest niezbędne do wykonania fundamentowania i dostawy kontenera zgodnie z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

#### **PYTANIE NR 13**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zabudowy kontenera (budynku modułowego) o wymiarach określonych w Załączniku nr 2 do OPZ? Jeśli Zamawiający dopuszcza odstępstwo od określonych wymiarów to w jakim zakresie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo od określonych minimalnych wymiarów +15%.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**PYTANIE NR 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczony kontener ma być wykorzystywany przez Zamawiającego dłużej niż 180 dni, toteż ma spełniać wymogi Prawa Budowlanego jak dla budynków stałych?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**PYTANIE NR 15**

Zamawiający dość precyzyjnie określając sposób posadowienia kontenera (budynku modułowego) przedstawił Minimalne warunki posadowienia – Załącznik nr 2 do OPZ. Takie warunki musiały być określone w oparciu o parametry podłoża, które Zamawiający przedstawił w OPZ dla Kontenera, a także w oparciu o naciski na grunt dla rozpatrywanego rozwiązania. Jakie rozwiązanie rozpatrywał Zamawiający w celu obliczeń bloków fundamentowych określonych w Załączniku nr 2 do OPZ? Prosimy o dołączenie tej dokumentacji do dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ww. dokumentacji. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dot. parametrów podłoża. Zamawiający pozostawia zapis w Załączniku nr 2A do SWZ bez zmian oraz dopuszcza zapis: „Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.”**

**PYTANIE NR 16**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie fundamentowania w innej technologii niż wskazana, na podstawie wykonanego projektu konstrukcyjnego fundamentów, określającego ich rodzaj i wielkość (np. ławy fundamentowe lub płyta fundamentowa) zgodnie z Prawem Budowlanym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w Załączniku nr 2A do SWZ bez zmian oraz dopuszcza zapis: „Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.”**

**PYTANIE NR 17**

Zwracamy uwagę, że na załączonym schemacie (Załącznik nr 2 do OPZ) brakuje miejsca, gdzie miałyby być umieszczone Agregat Wody Lodowej dla rezonansu oraz Centrala Wentylacyjna na potrzeby kontenera. Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie Agregatu Wody Lodowej oraz Centrali Wentylacyjnej na dachu kontenera? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie, gdzie umieścić wymienione urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy jednoczesnym zapewnieniu szczelności konstrukcji dachu.**

**PYTANIE NR 18**

Biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne oraz ekonomiczne, czy Zamawiający wymaga Centrali Wentylacyjnej z rekuperatorem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Centralę Wentylacyjną z rekuperatorem**

**PYTANIE NR 19**

Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy min. 160kW na potrzeby rezonansu magnetycznego oraz kontenera?



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Odpowiedź:** Zamawiający gwarantuje zabezpieczenie mocy niezbędnej do podłączenia pracowni MRI w terminie do 14 dni przed planowanym dniem uruchomienia urządzenia MRI. Termin planowanego uruchomienia MRI musi zostać zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy.

**PYTANIE NR 20**

Prosimy o wskazanie przyłącza energetycznego, z którego należy poprowadzić linie zasilającą dla urządzenia rezonansu magnetycznego oraz kontenera. Prosimy o potwierdzenie, że linia zasilająca ma być wykonana w technologii kabla miedzianego.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza mapę terenu z zaznaczonym miejscem przyłącza z którego będzie zasilana pracownia MRI. Linia zasilająca ma zostać wykonana w technologii kabla miedzianego – Załącznik nr 1 do Wyjaśnień - Elektryka.

**PYTANIE NR 21**

Prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wody dla potrzeb awaryjnego chłodzenia magnezu.

**Odpowiedź:** Miejsce przyłącza wody znajduje się około 15 m od miejsca planowanego posadowienia kontenera.

**PYTANIE NR 22**

Prosimy o wskazanie miejsca, do którego można przyłączyć kanalizację sanitarną z kontenera.

**Odpowiedź:** Miejsce przyłącza kanalizacji znajduje się około 30 m od miejsca planowanego posadowienia kontenera.

**PYTANIE NR 23**

Czy Zamawiający zgodzi się na odprowadzenie wody z rynien z dachu kontenera na grunt czynny biologicznie obok kontenera? Jeśli nie to prosimy o wskazanie miejsca wpięcia się z kanalizacją deszczową z dachu kontenera.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie wody z rynien z dachu kontenera na grunt czynny biologicznie obok kontenera.

**PYTANIE NR 24**

Prosimy o wskazanie przyłącza teletechnicznego oraz technologii przyłączenia sieci informatycznej (LAN/światłowód). Jeśli LAN, to jakiej kategorii kabla wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź:** Światłowód jednomodowy.

**PYTANIE NR 25**

Czy Zamawiający zgodzi się na wycięcie drzew w okolicy miejsca posadowienia kontenera, jeśli będzie to wymagane do wykonania fundamentowania, bądź bezpiecznego rozstawienia i operowania dźwigiem podczas rozładunku i posadowienia kontenera? Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycięcie drzew we wskazanym miejscu na kontener?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje pozostawienia zadrzewienia parkowego na terenie inwestycji bez jego usuwania oraz zabezpieczenie drzew sąsiadujących z inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wycinki drzew i krzewów w sytuacji kolizji zadrzewienia z inwestycją w zakresie drzewostanu zaznaczonego za załączonej mapie – Załącznik nr 4 do Wyjaśnień - Drzewostan.



### **PYTANIE NR 26**

Prosimy o udostępnienie mapy z zaznaczonymi mediami, w gruncie w miejscu lokalizacji kontenera, o której przedstawiciel Zamawiającego wspominał podczas wizji lokalnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy terenu z zaznaczonymi mediami.**

### **PYTANIE NR 27**

Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych dla tego obszaru? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza skan z części mapy do celów projektowych, której wersję papierową posiada (Załącznik nr 2 do Wyjaśnień - MDCP1) oraz wersję DWG (Załącznik nr 3 do Wyjaśnień- MDCP2).**

### **PYTANIE NR 28**

Czy ziemię wybraną podczas prac ziemnych (zaniżenie terenu, przygotowanie fundamentów – tzw. urobek) będzie można składować w odległości nie większej niż 80m od miejsca posadowienia kontenera, w sposób nie zakłócający obecnego układu komunikacyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi z niwelacji terenu, celem jej wywozu po zakończeniu prac i robót przygotowawczych. Teren składowania ziemi z niwelacji terenu zostanie wskazany przez Zamawiającego na terenie nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 159. Miejsce składowania ziemi będzie wskazane przez Zamawiającego w odległości do 500 m od miejsca wskazanego do realizacji prac. Jednocześnie wywóz i utylizacja ziemi pozyskanej z inwestycji (tj. z niwelacji terenu oraz wykopów), znajduje się po stronie Wykonawcy.**

### **PYTANIE NR 29**

Czy Zamawiający wymaga drzwi pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem technicznym, tak jak to jest zaznaczone w zał. nr 1 i 2 do OPZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drzwi pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem technicznym.**

### **PYTANIE NR 30**

Czy Zamawiający wymaga wydzielenia przestrzeni dla przebieralni w łączniku, kosztem powiększenia łącznika (względem wymiarów z Załącznika nr 1 do OPZ)? Przebieralnia jest pominięta na załączonych rysunkach.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

### **PYTANIE NR 31**

Czy Zamawiający zgodzi się na zasłonięcie okna w pomieszczeniu nr 045?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zasłonięcie okna w pomieszczeniu 045.**

### **PYTANIE NR 32**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową lub instrukcję pożarową budynku do którego dołączony zostanie kontener? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej lub instrukcji pożarowej budynku, do którego dołączony zostanie kontener.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





### **PYTANIE NR 33**

Czy Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki na której planuje inwestycję tj. dostawę kontenera? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź: Dla działki na której planowana jest inwestycja nie został ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.**

### **PYTANIE NR 34**

Czy Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 a w szczególności z zachowaniem określonych tam :

- Parametrów izolacyjności termicznych (współczynników) przegród dla ścian, dachu, podłogi,
- Parametrów pożarowych dla konstrukcji (R) oraz przegród (EI)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia MRI.**

### **PYTANIE NR 35**

Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie wokół kontenera tzw. murów ogniowych dla spełnienia wymagań PPOŻ? Alternatywnie, czy wymaga, żeby to kontener te wymagania ochrony PPOŻ zarówno dla konstrukcji (R) jak i dla przegród (IE) już spełniał?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI. Nie przewiduje się murów ogniowych.**

### **PYTANIE NR 36**

Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi tj. w technologii bezhalogenowej i ognioodpornej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI.**

### **PYTANIE NR 37**

Czy Zamawiający wymaga wykonania okładzin wewnętrznych nawiązujących do istniejącego budynku szpitala by zachować ciągłość wykończenia wnętrz tj. okładzin ściennych malowanych (płyta G-K), sufitów podwieszanych z kasetonami 600x600mm oraz wykładzin/gresów na podłodze?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

### **PYTANIE NR 38**

Czy Zamawiający wymaga wykonania elewacji kontenera z materiałów odpowiadających tym, użytym na budynku do którego kontener będzie dostawiony tj. tynk mineralny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania elewacji kontenera z materiałów odpowiadających tym, użytym na budynku do którego kontener będzie dostawiony tj. tynk mineralny.**



**PYTANIE NR 39**

Czy Zamawiający wymaga wykonania wnętrza kontenera w materiałach posiadających minimum klasyfikację ogniową A?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI.**

**PYTANIE NR 40**

Czy Zamawiający wymaga w pomieszczeniu badań, sterowni i maszynowni użycia wykładzin technicznych z parametrem przewodności nie gorszym niż  $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$  Ohm zgodnie z normą EN 1081?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI.**

**PYTANIE NR 41**

Czy Zamawiający sam wykona prace budowlane wewnątrz istniejącego budynku, wliczając wykucie i obrobienie otworu do łącznika?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykona ww. prac budowlanych. Powyższe prace są po stronie Wykonawcy.**

**PYTANIE NR 42**

Ze względu na krótki termin realizacji zadania oraz skomplikowanie i długotrwałość procedur prawnych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę oraz Pozwolenia na użytkowanie, czy Zamawiający dopuszcza realizację przedsięwzięcia w trybie Zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę? Przeprowadzenie pełnej procedury jest niemożliwe w terminie wskazanym w przetargu.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**PYTANIE NR 43**

Ze względu na technologię modułową konieczne będzie zastosowanie posadowienia o gabarytach indywidualnie dostosowanych do reakcji przekazywanych przez pracownię na grunt oraz dopasowanych do warunków gruntowych. Czy Zamawiający dopuszcza zapis w Załączniku nr 2A do SWZ pkt. 10.2 : Minimalne wymiary bloku fundamentowego: F1 – 0,8 x 0,8m F2 – 1,1 x 1,1m Lub Fundamenty umożliwiające przeniesienie obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych a także parametrów gruntu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia istniejący zapis w Załączniku nr 2A do SWZ bez zmian oraz dopuszcza zapis: „Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.”**

**PYTANIE NR 44**

Za względu na lokalizację parkową możliwa jest kolizja z istniejącym zadrzewieniem. Czy Zamawiający dopuszcza inną konfigurację budynku modułowego niż wskazany w załączniku nr 1 do SWZ np. równoległą, całem zminimalizowania uszkodzenia systemu korzeniowego istniejącego starodrzewu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia usytuowanie kontenera bez zmian.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**PYTANIE NR 45**

Jaki obszar został przewidziany jako przeznaczony pod inwestycję? Prosimy o wskazanie na rysunku.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - Załącznikiem nr 2A do SWZ - Załącznik nr 1 schemat.**

**PYTANIE NR 46**

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną.**

**PYTANIE NR 47**

Czy Zamawiający przewiduje transport pacjentów leżących do pracowni?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje transport pacjentów leżących do pracowni**

**PYTANIE NR 48**

Dla celów chłodzenia awaryjnego oraz instalacji nawilżacza konieczne jest zaopatrzenie budynku modułowego w wodę oraz odprowadzenie ścieków. Czy Zamawiający doprowadzi przyłączy wody oraz kanalizacji w miejsce wskazane przez Wykonawcę wynikające z lokalizacji pracowni modułowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia wody oraz kanalizacji celem przyłączenia budynku modułowego do sieci. Podłączenie do sieci jest po stronie Wykonawcy.**

**PYTANIE NR 49**

Czy Zamawiający potwierdza, że zrealizuje przyłącza mediów do pracowni w miejsce wskazane przez Wykonawcę? najpóźniej w dniu instalacji rezonansu magnetycznego, jednak nie później niż 4 tygodnie przed planowanym odbiorem prac.

**Odpowiedź: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia mediów celem przyłączenia budynku modułowego do sieci. Podłączenie mediów jest po stronie Wykonawcy.**

**PYTANIE NR 50**

Budynek modułowy zostanie wykonany w technologii szkieletowej z obudową z płyty warstwowej czy zamawiający dopuszcza ten sam rodzaj elewacji na łączniku zamiast tynku strukturalnego wskazanego w zał 2A do SWZ pkt. 3.1. oraz 3.2.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

**PYTANIE NR 51**

Dotyczy ROZDZIAŁ 5 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane do 70 dni kalendarzowych – zgodnie z ofertą Wykonawcy, który może zaoferować jedynie krótszy termin w ramach pozacenowych kryterium oceny ofert. Termin liczony jest od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania umowy do minimum 90 dni kalendarzowych z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, w szczególności prac adaptacyjnych, m.in. konieczność opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów, prac będących po stronie Zamawiającego w zakresie zasilania elektrycznego, instalacji niskoprądowych tele-informatycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO oraz zadań związanych z roślinnością, której usunięcie będzie konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia.



**Odpowiedź:** W zakresie terminu realizacji zamówienia - patrz odpowiedź Pytanie nr 6. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prace w zakresie zasilania elektrycznego, instalacji niskoprądowych teleinformatycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO pozostają w zakresie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac wynikających w usunięcia roślinności i wykonania ewentualnych nasadzeń zamiennych – pozostają one po stronie Zamawiającego. Czynności związane z przywróceniem terenu zewnętrznego inwestycji oraz terenu udostępnionego Wykonawcy (np. do gromadzenia materiałów, składowania ziemi, dojazdu do inwestycji i dostaw Wykonawcy) do stanu pierwotnego tj. uprzątnięcia terenu z pozostałości materiałów budowlanych, wyrównanie terenu, wygrabienia terenu, zasianiu trawy w miejscu w okóło kontenera diagnostycznego oraz na terenie, który uległ zniszczeniu przez sprzęt, prace i urządzenia Wykonawcy – pozostają po stronie Wykonawcy.

## **PYTANIE NR 52**

### **ROZDZIAŁ 6 – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Pkt d.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia MRI o wartości nie mniejszej niż 6 500 000,00 zł brutto (*słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100*) każda dostawa wraz z potwierdzeniem, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia z obszaru diagnostyki obrazowej z dostosowaniem pomieszczeń, w szczególności angiografu z wyposażeniem oraz dostosowaniem pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 6 500 000,00 zł brutto (*słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100*).

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wartości jednej dostawy, nadając nowe brzmienie warunku:

„d.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia MRI o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (*słownie: sześć milionów złotych 00/100*) każda dostawa wraz z potwierdzeniem, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 6 000 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 6 000 000,00 zł brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 3 000 000,00 zł brutto każdy (3 000 000,00 PLN brutto + 3 000 000,00 PLN brutto = 6 000 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw oraz dokumentów (Załącznik nr 9 do SWZ), potwierdzających wykonanie zamówienia na zasadzie *spełnia/nie spełnia*.”



**PYTANIE NR 53****ROZDZIAŁ 8.1. – INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.**

1.4. UWAGA ! W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego w zakresie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia – parametrów technicznych, wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ - Zamawiający zastrzega prawo wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do złożenia materiałów informacyjnych (opisy, foldery, strony katalogowe, specyfikacja techniczna) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim – potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku gdy przedstawione ww. materiały informacyjne nie będą potwierdzały wymogów, o których mowa w Załączniku nr 2 do SWZ oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

1.5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. Czy w przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia materiałów informacyjnych (opisy, foldery, strony katalogowe, specyfikacja techniczna) oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści materiały informacyjne w języku angielskim i odstąpi od konieczności tłumaczenia ich na język polski?

Zaznaczamy, iż Zamawiający dopuścił w pkt 208 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SWZ język angielski: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 208 OPZ (załącznik nr 2 do SWZ) – poprzez nadanie mu brzmienia: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego. W sytuacji przedłożenia ww. dokumentów w oryginale w języku angielskim – wymagane jest przedłożenie jedynie parametrów przetłumaczonych na język polski – w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgodności oferowanego towaru z OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ).”**

W przypadku wezwania Oferenta do przedmiotowych środków dowodowych – konieczne będzie przedłożenie dokumentów w języku polskim wskazujących na parametry zgodnie z rozdziałem 8.1. pkt. 1.4. i 1.5. SWZ.

**PYTANIE NR 54****ROZDZIAŁ 20 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Z uwagi na dużą wartość zamówienia i związaną z tym wysoką wartość zabezpieczenia należytego wykonania wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**PYTANIE NR 55**

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2, pkt.178

Czy Zamawiający potwierdzi omyłkę pisarską i zmodyfikuje parametr do brzmienia jak poniżej.

178	Stanowisko lekarskie, wyposażone w: * 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o przekątnej min. 24" i rozdzielczości nie mniejszej niż: 2,3 MP, * 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23" i rozdzielczości nie mniejszej niż: 2MP, * komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSO 1TB, interfejs LAN I Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. * możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego.	Tak min. 1 stanowisko
-----	--	-----------------------



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Wg naszej najlepszej wiedzy system z min. jednym stanowiskiem lekarskim jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym pod względem potrzeb, jak i kosztów dla posiadanego profilu szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 56**

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2, pkt.178 - komputer PC, wyposażony w: min.32 GB RAM, dysk SSO 1TB, interfejs LAN I Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. Prosimy o informację o posiadanych przez Zamawiającego systemach RIS i PACS (producent, nazwa)

**Odpowiedź: Zamawiający posiada systemy RIS Eskulap oraz PACS Medidoc.**

#### **PYTANIE NR 57**

Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat rejestru drzew znajdujących się w otoczeniu przyszłej inwestycji oraz czy ma wiedzę na temat możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym drzewostanem?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną, Zamawiający nie posiada wiedzy o możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym drzewostanem.**

#### **PYTANIE NR 58**

Czy Zamawiający ma wiedzę, że usytuowanie prostopadle kontenera względem istniejącego budynku może skutkować koniecznością wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń zamiennych, znacząco podnosząc koszty realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, jak również wydłużający proces procedowania pozwoleń wymaganych przez prawo.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pozostawienia zadrzewienia parkowego na terenie inwestycji bez jego usuwania oraz zabezpieczenie drzew sąsiadujących z inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wycinki drzew i krzewów w sytuacji kolizji zadrzewienia z inwestycją w zakresie drzewostanu zaznaczonego za załączonej mapie – Załącznik nr 4 do Wyjaśnień - Drzewostan.**

#### **PYTANIE NR 59**

Czy wymagane będzie odtworzenie zieleni niskiej w tym krzewów które zostaną wycięte, jako warunek niezbędnie konieczny dla powodzenia wykonalności przyszłego zadania polegającego na posadowieniu kontenera diagnostycznego oraz łącznika ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga odtworzenia zieleni niskiej w tym krzewów. Jednocześnie Zamawiający wymaga przywrócenia terenu zewnętrznego inwestycji oraz terenu udostępnionego Wykonawcy (do np. gromadzenia materiałów, składowania ziemi, dojazdu do inwestycji i dostaw Wykonawcy) do stanu pierwotnego tj. uprzątnięcia terenu z pozostałości materiałów budowlanych, wyrównanie terenu, wygrabienia terenu, zasianie trawy w miejscu w okolo kontenera diagnostycznego oraz na terenie, który uległ zniszczeniu przez sprzęt, prace i urządzenia Wykonawcy.**

#### **PYTANIE NR 60**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje zapasem mocy elektrycznej na poziomie 105-110 kW i parametrach wystarczających do podłączenia pracowni MR.

**Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje zabezpieczenie mocy niezbędnej do podłączenia pracowni MRI w terminie do 14 dni przed planowanym dniem uruchomienia urządzenia MRI. Termin planowanego uruchomienia MRI musi zostać zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



### **PYTANIE NR 61**

Prosimy o wskazanie miejsce przyłącza, z którego będzie zasilana pracownia MR

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza mapę terenu z zaznaczonym miejscem przyłącza, z którego będzie zasilana pracownia MRI – Załącznik nr 1 do Wyjaśnień - Elektryka.

### **PYTANIE NR 62**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni minimalne wymagania sieci teletechnicznej, tj. prędkość 1 Gb/s i opóźnienie  $\leq 10\text{ms}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający zapewni minimalne wymagania sieci teletechnicznej.

### **PYTANIE NR 63**

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji opisowych i serwera. Czy serwer ma być zamontowany w serwerowni Szpitala w szafie rack, czy ma to być jednostka wolnostojąca?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zamontowania serwera w szafie rack w serwerowni. Stacja opisowa zlokalizowana będzie w kontenerze = stanowisko lekarskie.

### **PYTANIE NR 64**

**Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że po Wykonawca ma wystawić jedną fakturę na cały przedmiot zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe) po podpisaniu protokołu odbioru, przy czym termin płatności 10% wynagrodzenia ma być określony spełnieniem warunku podpisania protokołu szkolenia personelu Zamawiającego, a nie terminem określonym w dniach lub datą.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź Pytanie nr 2.

### **PYTANIE NR 65**

**Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ**

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych, gdyż w naszej opinii niepotrzebnie podnosi to koszt oferty, bo Wykonawca związane z tym ryzyko musi doliczyć do ceny przedmiotu zamówienia.

Proponujemy następujące brzmienie zapisów umowy:

#### **§ 6.**

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne:

- a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1; jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;
- b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki przeszkoleniu personelu Zamawiającego, w terminie ustalonym między stronami, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;
- c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie lub usunięciu wad lub usterek wykonanego i dostarczonego przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2.

**Odpowiedź:** Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez zmian.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**PYTANIE NR 66****Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ****§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia wnioskujemy o odstąpienie od wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdyż w naszej opinii niepotrzebnie podnosi to koszt oferty, bo Wykonawca związane z tym koszty musi doliczyć do ceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dysponuje karami umownymi i innymi środkami wynikającymi z kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:** Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

**PYTANIE NR 67****Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ****§ 12. Ust 1 i ust.2**

Czy Zamawiający zaakceptuje polisę Wykonawcy z następująco zdefiniowanym zakresem i sumami ubezpieczenia?

[załączony wydruk polisy ubezpieczenia Wykonawcy]

**Zakres ubezpieczenia**

Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością.

**Ubezpieczona działalność wraz z PKD:**

- Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje handel wyrobami medycznymi, w tym magazynowanie, dostawy, serwis, projektowanie i wykonywanie adaptacji pomieszczeń pod instalacje i montaż dostarczanych wyrobów medycznych, np. aparatów RTG
- Handel dotyczy wyrobów medycznych i ich wyposażenia.
- Głównie obszary działalności:
  - ☐ Sprzęt stosowany w diagnostyce obrazowej, taki jak systemy radiografii pośredniej (CR) oraz bezpośredniej (DR), stacje lekarskie diagnostyczne i referencyjne, aparaty rentgenowskie analogowe i cyfrowe, mammografy, tomografy, angiografy, aparaty USG, aparaty MRI wraz z wyposażeniem typu negatoskopy, sprzęt do kontroli jakości, wyroby ochronne, dawkomierze itp.
  - Sprzęt stosowany w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej, taki jak systemy do pomiaru ciśnienia centralnego i sztywności tętnic, aparaty do pomiaru ABI i TBI, zestawy kardiografów impedancyjnych, systemy rehabilitacji kardiologicznej, holtery EKG i ciśnienia, systemy ergospirometryczne, zestawy do prób wysiłkowych /bieżnie, cykloergometry/, aparaty EKG, sprzęt do pomiaru ciśnienia tętniczego.
  - Sprzęt stosowany w procedurach inwazyjnych m.in. w ginekologii, urologii, onkologii, chirurgii, inflatory, Y-konektory, kraniki nisko i wysokociśnieniowe, igły angiograficzne, rampy, przewody nisko i wysoko ciśnieniowe, igły do punkcji lędźwiowych, igły biopsyjne, kotwice lokalizacyjne, cewniki do drenażu, cewniki do HSG, przystawki oraz prowadnice biopsyjne wraz z osłonkami na głowice, druty prowadzące.
  - Wyroby medyczne stosowane w chirurgii, taki jak sztuczny naskórek, protezy do przetok tętniczo-żylnych.
  - Specjalistyczne meble szpitalne, stoliki, wózki itp.
  - Sprzęt i oprogramowanie IT stosowane w placówkach medycznych do zarządzania danymi - m.in. do rejestracji, archiwizacji oraz przesyłania danych (np. danych osobowych w protokole HL7, obrazów w trybie DICOM, itp.)
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
- Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż z przesłanego fragmentu wydruku polisy wstępnie można wnioskować, iż jest on zgodny z § 12 projektu umowy.

**PYTANIE NR 68****Dotyczy Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ**

Czy z uwagi na dwie stawki VAT w cenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ceny w następujący sposób:

**Ogólna wartość netto:** \_\_\_\_\_ PLN

**VAT 8 % tj.** \_\_\_\_\_ PLN

**VAT 23 % tj.** \_\_\_\_\_ PLN

**Ogólna wartość brutto:** \_\_\_\_\_ PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznik nr 1 do SWZ w powyższym zakresie.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**II.** Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

**III.** Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **14.04.2025 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **14.04.2025 r. o godz. 10:30**. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**IV.** W związku z powyższym zmianie ulega również treść Rozdziału 13 ust. 1 i otrzymuje nowe brzmienie: *„Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 12.07.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

**V.** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ wraz z załącznikami. Wszelkie modyfikacje zaznaczone są **kolorem niebieskim**.

**VI.** Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ.

Z poważaniem  
**Anna Śremska**  
*p.o. Dyrektora Spec. Psych. ZOZ w Łodzi*

