



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA APARATU USG -POWTÓRKA”

Pytanie nr 1 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym waga kompletnego aparatu wynosi 105 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ma videoprinter, ale nie jest wbudowany w aparat, a znajduje się na dedykowanej półce, niewystającej poza obrys aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 1653 obrazy na sekundę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada modułu elastografii obliczającego i wyświetlającego sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy convexowej, ale posiada moduł elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ..

Pytanie nr 5 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym głowica convex ma zakres częstotliwości od 1,2 do 6 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym głowica sektorowa ma zakres częstotliwości od 1,5 do 4,5 MHz i posiada kąt pola skanowania wynoszący 90 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 7 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada pojedynczych krzywych ogniskowania, ale jest wyposażone w system ogniskowania na pełnej głębokości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczną wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od 3,0 do 11,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy (3 przyciski)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

