



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2025 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2:
**Dostawa aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Centrum
Medycznego w Raszynie**

Nr ZP-2511-06-MDM/2025

Pytania i odpowiedzi do SWZ (cz.1) wraz ze zmianą TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pyt. 1 Dot. Pkt. 9

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał 256 fizycznych niezależnych, nadawczo-odbiorczych kanałów przetwarzania? Przedstawiona liczba jest cechą charakterystyczną ultrasonografów klasy klinicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 2 Dot. Pkt. 15

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał min. 2 dodatkowe porty parkingowe do podłączenia głowic? Zamawiający wymaga dostarczenia 4 głowic ultrasonograficznych, które będą stale podłączone do aparatu. Rozbudowa ultrasonografu w przyszłości o kolejne głowice pozwoli bezpiecznie je podłączyć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 3 Dot. Pkt. 28

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem miał możliwość regulacji głębokości w zakresie min. 0,75 cm do 40 cm? Szerszy zakres głębokości pozwoli zbadać nawet najbardziej wymagających, bariatrycznych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 4 Dot. Pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej nie mający możliwości regulacji korekcji kąta bramki Dopplerowskiej na obrazach z pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 5 Dot. Pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej mający możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego na obrazach na żywo i na obrazach zamrożonych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 6 Dot. Pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej nie mający możliwości wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 7 Dot. Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej współpracujący z zaawansowaną technologicznie głowicą liniową wykonaną w technologii wielowarstwowego ułożenia kryształów pracująca w zakresie częstotliwości od 2 do 12 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 8

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET współpracującą z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 9

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o funkcję jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 10

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 11 Dot. Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej, którego konstrukcja wprowadzona do produkcji i eksploatacji została w 2021 roku ale oprogramowanie oferowanej wersji aparatu pochodzi z 2025 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 12 Dot. Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej, który umożliwia zmianę parametrów obrazowych dla wszystkich wymienionych trybów ale na obrazach na żywo i na obrazach zatrzymanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 13 Dot. Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej nie posiadający systemu automatycznie dogrywającego do pamięci przenośnej przeglądarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 14 Dot. Pkt. 44

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ultrasonograf objęty postępowaniem posiadał tryb obrazowania umożliwiający zobrazowanie mikroperfuzji krwi przy wykorzystaniu niedopplerowskiej metody obrazowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.


Wobec powyższego Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1089405> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **23 kwietnia 2025 r. do godziny 12:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 kwietnia 2025 r. o godzinie 12:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22 maja 2025 r.

Jednocześnie Zamawiający zmienia w powyższym zakresie treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakupów Lotniczego Otwartego
Warszawa - Odyń

Krzysztof Marcin Zakrzewski