ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
podkom. Łukasz ZIĘBINSKI

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przymiar wstęgowy.

Przymiar wstęgowy (miarka zwijana) 5 m z wzorcowaniem i akredytacją PCA wraz z wydaniem akredytowanego świadectwa wzorcowania spełniający poniższe parametry:

- powłoka miarki powinna zapewniać doskonałą ochronę podziałki pomiarowej (powłoka z Tylonu lub pokryta folią MYLAR),
- szerokość taśmy: ok. 19 mm,
- podziałka: 1 mm,
- klasa dokładności: II lub I,
- blokada i automatyczne zwijanie taśmy,
- ergonomiczna, antypoślizgowa obudowa bimataliczna z trwałego tworzywa lub chromowa.

Wzorcowanie wykonane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytacje PCA wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym planowane wzorcowanie lub przez Główny Urząd Miar.

SPECJALISTA
Sekcji I
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
podkom. Jarosław ŁOZYŃSKI

TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Ewelina POŁAWSKA