

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa środków o materiałów medycznych w celu rotacji wyposażenia IPMED i plecaków PRS dla 6 WOG Ustka Nr sprawy: **19/Wmed/6WOG/2025**, Zamawiający: **6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka**, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu **17.04.2025 r.** udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	Dotyczy opatrunku hemostatycznego i stazy (opaski zaciskowej) – wnosimy o odstąpienie od wymogu rekomendacji CoTCCC – jest to organizacja przy armii amerykańskiej, której wytyczne rekomendują wyłącznie sprzęt i urządzenia produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, co stanowi jawne i nieuczciwe ograniczenie konkurencji i nie znajduje umocowania na gruncie prawa polskiego ani europejskiego. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający może wyłącznie posługiwać się wymaganiami na bazie norm europejskich lub krajowych, tymczasem wytyczne TC3 nie stanowią zbioru normatywnego ujętego w przepisach PZP.	Zamawiający nie wyraża zgody. Produkty muszą spełniać Wymagania Taktyczno-Techniczne (WTT) Instytucji Eksperckiej Dowództwa Generalnego Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.
2	Dotyczy gazy wypełniającej – wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego z 2A na 1 lub 1S. Gaza jest przeznaczona do wypełniania ran krwawiących powstałych na polu walki a nie w warunkach sterylnych na sali operacyjnej, dlatego wymóg klasy 2A jest zarówno nieuzasadniony jak i utrudnia uczciwą konkurencję. Wypełniana rana z natury swojego powstania będzie raną brudną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku postrzału / odłamków, zatem wymóg gazy sterylnej w klasie 2A nie znajduje tu żadnego merytorycznego uzasadnienia.	Zamawiający nie wyraża zgody. Produkty muszą spełniać Wymagania Taktyczno-Techniczne (WTT) Instytucji Eksperckiej Dowództwa Generalnego Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.

3	Dotyczy opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej – podobnie jak w wypadku gazy wypełniającej, opatrunek ten jest nakładany na rany powstałe w skutek postrzałów / odłamków w warunkach pola walki a nie sali operacyjnej, stąd nie może być mowy o jakiegokolwiek sterylności a tym samym wymóg opatrunków sterylnych jest bezzasadny. Wnosimy o wykreślenie wymogu lub zastąpienie go stwierdzeniem „oznaczenie sterylności dla opatrunków sterylnych”.	Zamawiający nie wyraża zgody. Produkty muszą spełniać Wymagania Taktyczno-Techniczne (WTT) Instytucji Eksperckiej Dowództwa Generalnego Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.
4	Dotyczy opatrunku hydrożelowego twarzowego 30cm x 40cm – prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego twarzowego 40cm x 60cm.	Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrożelowy twarzowy 40cm x 60cm.
5	Dotyczy opatrunku hydrożelowego 10cm x 40cm – prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego 20cm x 20cm.	Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrożelowy twarzowy 40cm x 60cm.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDANT**

plk Bogusław SLIWŃSKI

Wykonano w egz. pojedynczym – ad acta (T:2712, „B5”)
Wykonała: Paulina Kowalczyk (261-231-608)
Dnia, 17.04.2025 r. (Sekcja Zamówień Publicznych)