

Wałbrzych, dnia 04.04.2025 r.

DZPZ-530- Zp/93/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla pozostałych jednostek szpitalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu" – Zp/93/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5 poz.5

Standardową praktyką renomowanych producentów jest coroczne odnawianie autoryzacji dla dystrybutora.

Oferent posiada autoryzację na dystrybucję i serwis która jest odnawiana każdego roku. Czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada autoryzację na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu nieprzerwanie od roku 2017?

Odp. Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5 poz. 67**

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowice microconvex dedykowany do badań pediatrycznych i neonatologicznych z Ilością elementów 128, zakresem częstotliwości 3-12 MHz oraz kątem obrazowania głowicy 91 stopni, wykonaną w technologii alternatywnej PZT?

Odp. Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 6 poz. 5**

Standardową praktyką renomowanych producentów jest coroczne odnawianie autoryzacji dla dystrybutora.

Oferent posiada autoryzację na dystrybucję i serwis, która jest odnawiana każdego roku. Czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada autoryzację na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu nieprzerwanie od roku 2017?

Odp. Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 6 poz.63**

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowice microconvex dedykowany do badań pediatrycznych i neonatologicznych z Ilością elementów 128, zakresem częstotliwości 3-12 MHz oraz kątem obrazowania głowicy 91 stopni, wykonaną w technologii alternatywnej PZT?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 6 poz.64

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada możliwość rozbudowy o głowice liniową dedykowaną do badań piersi, tarczycy z Ilością elementów 288, zakresem częstotliwości 4-18 MHz oraz szerokością czoła głowicy 37,44 mm, wykonaną w technologii alternatywnej PZT?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdzam:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489941