

Lublin dnia 25.03.2025r.

Zamawiający:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie

Znak sprawy: AW/Z-3/140/AW/Z/2025

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zapytania do zaproszenia do złożenia oferty na **„Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek gazowych, gazów ciekłych dla Politechniki Lubelskiej na rok 2025/2026”**

W dniu 25.03.2025r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów Zaproszenia do złożenia oferty i jego załączników.

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o informację, czy jest możliwe składanie oferty częściowej.

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną ilość części.

Pytania do części 2 : „Sukcesywna dostawa gazów sprężonych w butlach oraz dzierżawa według specyfikacji w załączniku”

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza butlę z azotem min. 5,2 x 1 o pojemności wodnej 10L, poj. 1,89m³ – poz. 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza butlę z azotem min. 5,2 x 1 o pojemności wodnej 10L, poj. 1,89m³ – poz. 5.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza butlę z azotem min. 4,8 x 1 o pojemności 20L poj. 3,78m³ – poz. 9, 10?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza butlę z azotem min. 4,8 x 1 o pojemności 20L poj. 3,78m³ – poz. 9, 10.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie w poz. 17,18,20 jaki gaz będzie gazem nośnym.

Odpowiedź:

Poz. 17. MIESZANINA GAZÓW, X50S_ 40 % WODÓR, W HEL - reduktor posiada przyłącze zgodne z normą DIN 477-1 nr 1, gdzie według normy powietrzem wiodącym jest wodór.

Poz. 18. MIESZANINA GAZOWA, X50S_ 20.9 % TLEN, 300 PPM PROPAN, W AZOT. - reduktor posiada przyłącze zgodne z normą DIN 477-1 nr 14, gdzie według normy powietrzem wiodącym jest powietrze syntetyczne.

Poz. 20 - wiodący jest hel.

Pytanie nr 5

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę Umowy:

§ 3 Odbiór Przedmiotu Umowy pkt 7 – W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację oznacza jej uznanie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad.

§ 10 Postępowania końcowe pkt 3 - Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Powoda.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy w powyższym zakresie.

ZATWIERDZAM
Kanclerz Politechniki Lubelskiej
mgr inż. Mirosław Żuber