



WSzSL.FZ.381/40/25/ 364 / 2025

Legnica, dnia 6.06.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH
WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA I SPRZĘTU DODATKOWEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-40/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednostka sterująca pracą platformy zawierała system operacyjny MS Windows 10 zamiast 11 Pro, ale spełniała wszystkie podane parametry?

Komputer oferowany przez Wykonawcę VSS 14 PC wyposażony jest w dedykowaną do niego wersję WIN10 LTSC (Long Term Support Version C), która jest oficjalnie wspierana przez producenta systemu operacyjnego do stycznia 2029 r.

Ale jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca oświadcza, że na własny koszt przeprowadzi aktualizację systemu operacyjnego.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować udział w niezależnej międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, uwzględniającej 2 panele:

- Breast Cancer Module (HER2 IHC, PR, ER) oraz
- General Module (5-6 różnych przeciwciał wybrane przez jednostkę wykonującą kontrolę - zestaw przeciwciał zmienia się w każdej z trzech edycji w ciągu roku)

Nie zapewnia to kontroli każdego przeciwciała z listy asortymentowej w Tab. A, ale stanowi międzynarodowy standard i jest wystarczające dla oceny jakości w immunohistochemicznych testach diagnostycznych.

Wykonawca pokrywa koszt udziału w tych międzynarodowych kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

UWAGA!

1 / Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2/ Składający ofertę winien wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź Zamawiającego (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Artur Janiszewski