

ZP-25-030UN
Pakiet 9 – Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń obwodowych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Balon pokryty paklitakselem; średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8 mm, co najmniej 4 długości z zakresu 40-150 mm. Ciśnienie nominalne co najmniej 6 Atm, długość cewnika wprowadzającego z zakresu 100-150 cm.	50 szt.	1 600,00	80 000,00	8%	86 400,00	SeQuent Please OTW/ B.Braun Melsungen AG/ 14220040, 14220080, 14220120, 14220150, 14225040, 14225080, 14225120, 14225150, 14230040, 14230080, 14230120, 14230150, 18135040 18235040, 18135080, 18235080, 18135120, 18235120, 18140040, 18240040, 18140060, 18240060, 18140080, 18240080, 18140120, 18240120, 18150040, 18250040, 18150060, 18250060, 18150080, 18250080, 18150120, 18250120, 18160040, 18260040, 18160060, 18260060, 18160080, 18260080, 18160120, 18260120, 18220040, 18220080, 18220120, 18225040, 18225080, 18225120, 18230040, 18230080, 18230120, 35040040, 35340040, 35140060, 35340060, 35140080, 35340080, 35140120, 35340120, 35140150, 35340150, 35150040, 35350040, 35150060, 35350060, 35150080, 35350080, 35150120, 35350120, 35150150, 35350150, 35160040,	Klasa wyrobu medycznego III

ZP-25-030UN

							35360040, 35160060, 35360060, 35160080, 35360080, 35160120, 35360120, 35160150, 35360150, 35170040, 35170060, 35180040, 35180060	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.
Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu medycznego) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Sporządziła: Paulina Szymura