



Projekt "Wielkopolskie Centrum Medycyny Cyfrowej" finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, nr ABM/2023/2. Numer umowy: 2023/ABM/02/00007-00.

L. dz. DZP-845 /24

Poznań, dnia 08.11.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-106/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem 2 sztuk zamrażarek niskotemperaturowych na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Medycyny Cyfrowej wraz z przeszkoleniem personelu.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 1204/1082/1966?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rozwiązania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w automatyczny system zapobiegający przysysaniu drzwi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ i wymaga systemu ręcznego i automatycznego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w temp. otoczenia od +16 do 32C?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rozwiązania.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rozwiązania.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w 3 porty kablowe o średnicy 28mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie pod warunkiem, że porty są wykonane fabrycznie i zmienia pkt. 34 OPZ.

Było:

Fabrycznie wykonane trzy porty kablowe o średnicy 17 mm

Poprawiona wersja:

Fabrycznie wykonane trzy porty kablowe o średnicy 17 mm lub 28mm.

UWAGA: W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika nr 3 do SWZ, który to należy złożyć wraz z ofertą. Brak złożenia prawidłowego (zmienionego) Załącznika nr 3 (OPZ) spowoduje odrzucenie oferty.

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.