

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**Dostawa, montaż i rozruch komory hiperbarycznej wraz z wykonaniem i zakończeniem
wszystkich robót budowlanych niezbędnych do montażu i rozruchu
komory hiperbarycznej**

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Wniosek nr 1 z dnia 05.05.2025

W związku z tym, iż Zamawiający w dniu 05.05.2025 roku dokonał modyfikacji zapisów SWZ a dla zapewnienia równego traktowania potencjalnych Wykonawców, którzy nie mają kontaktu z Zamawiającym oraz zapewnienia przez Zamawiającego nie ograniczania dostępu do zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych.

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (PZP) jest możliwe, ale wymaga uzasadnienia. Zamawiający może przedłużyć termin, jeśli dokonane zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zawarcia Umowy (SWZ) wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z nimi i przygotowanie ofert.

Zgodnie z SWZ, albowiem dokonana modyfikacja nie stanowi istotnej zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Pyt. 1

Dot Pkt. 3 Dot. odp. Na pyt 4 do SWZ – dokumentu odpowiedzi na pytania opublikowanego przez Zamawiającego dnia 05.05.2025 roku

Zamawiający, nie opublikował odpowiedzi na pytanie a jedynie jego treść – wnosimy o merytoryczną i jednoznaczną odpowiedź.

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 30.04.2025r. oraz 05.05.2025r. wskazał merytorycznie i jednoznacznie jakie dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą. Poniżej po raz kolejny Zamawiający wskazuje Wykonawcom jakie dokumenty należy złożyć wraz

z ofertą.

Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych:

- 1) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące polskie przepisy prawne, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowany w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (oświadczenie o wyrobach medycznych).**
- 2) Certyfikat zgodności CE lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku nr 1 do SWZ urządzeń.**
- 3) Materiałów informacyjnych producenta np. katalogi/opisy techniczne wydane przez wytwórcę komory hiperbarycznej oraz pozostałych wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Informacje zawarte w materiałach muszą opisywać wszystkie wymagane parametry.**
- 4) Docelowy szkic rozmieszczenia komory hiperbarycznej i wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, który będzie realizowany w ramach wykonania zamówienia. Szkic ma być złożony w pliku pdf. Zamawiający nie dopuszcza złożenia alternatywnych rozwiązań od przedstawionego. Szkic musi uwzględniać pełną drożność komunikacyjną wprowadzenia wózka z pacjentem od otworu drzwiowego pomieszczenia komory do wejścia do komory (ciąg komunikacyjny o szerokości otworu drzwiowego wejścia do pomieszczenia komory przy otwartych obu skrzydłach). Na szkicu uwidocznione będą również wyraźnie co najmniej następujące wymiary: długość, szerokość i wysokość zbiornika komory, wymiary poszczególnych drzwi komory, wysokość progu wejściowego do komory głównej i przedsionka, średnica okien w świetle, długość przedsionka komory.**
- 5) Certyfikat badań, obowiązujący na dzień złożenia oferty, który nie utracił ważności i nie został wycofany lub zawieszony, od jednostki certyfikującej, wystawiony na producenta oferowanego systemu komory hiperbarycznej - dotyczy systemu zwalczania zagrożeń pożarowych.**
- 6) Oświadczenie producenta komory hiperbarycznej potwierdzające wydajność systemu i spełnianie wymogów – dotyczy systemu zasilania sprężonym powietrzem.**

Pyt. 2 Dot Pkt 6 Dot odp na Pyt. 22. Dot. SWZ – strona 9 - dokumentu odpowiedzi na pytania opublikowanego przez Zamawiającego dnia 05.05.2025 roku

Cytuję fragment odpowiedzi Zamawiającego : „podczas gdy Zamawiający wymaga 3 pomp infuzyjnych, co oznacza brak tożsamości ilościowej, podczas gdy będzie spełniony wymóg rodzajowy”

Zamawiający w SWZ wymaga dostarczenia m.in. 4 pomp infuzyjnych dostosowanych do pracy w warunkach hiperbarycznych, 1 szt. defibrylatora dopuszczonego do pracy w warunkach hiperbarycznych, 1 szt. systemu monitorowania medycznego oraz 1 szt. respiratora hiperbarycznego.

Wspominając o 3 pompach zamawiający wprowadza niejasność – rozumiemy, że zamawiający wymaga dostarczenia: . 4 pomp infuzyjnych dostosowanych do pracy w warunkach hiperbarycznych, 1 szt. defibrylatora dopuszczonego do pracy w warunkach hiperbarycznych, 1 szt. systemu monitorowania medycznego oraz 1 szt. respiratora dopuszczonego do pracy w warunkach hiperbarycznych – zgodnie z zapisami SWZ i załącznika nr 1 uwzględniając odpowiedzi na pytania ?

Zapis w treści odpowiedzi z dnia 05.05.2025r. stanowi oczywistą omyłkę pisarską w odniesieniu do wskazanej tam ilości 3 pomp infuzyjnych. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ (X.4) Zamawiający wymaga: pompy infuzyjne - 4 zestawy jednostrzykawkowe dopuszczone do pracy w warunkach hiperbarycznych.

Dot. Pkt 1- dokumentu odpowiedzi na pytania opublikowanego przez Zamawiającego dnia 05.05.2025 roku Cytujemy odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy, pochodził z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2023 r. (np. nie demonstracyjny), z zastrzeżeniem korpusu komory hiperbarycznej – nie starszy niż z 2020r.” Rozumiemy, że Zamawiający mówiąc korpus komory ma na myśli zbiornik ciśnieniowy, który stanowi główny element każdej komory hiperbarycznej medycznej?

W takim razie rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie aż 5 letniego a nawet prawie 6 letniego urządzenia ciśnieniowego a więc bardzo „starego”, pomimo, iż w planie finansowym Zamawiający przeznacza środki które bez problemu wystarczają na zakup nowych komór z bieżącej produkcji 2024 i 2025 roku od wielu kluczowych producentów na świecie?

Należy, również zauważyć , że zbiorniki ciśnieniowe a tym bardziej komory hiperbaryczne medyczne służące do ratowania zdrowia i życia podlegają pod dozór zgodnie z ustawą krajową ale również dyrektywową ciśnieniową unijną tzw. PED. Urządzenia te muszą się charakteryzować niezawodnością i najwyższą jakością. Czy zbiornik (korpus) prawie 6 letni może być w takim stanie jak nowy z bieżącej produkcji? Bez wątplenia nie! Czym Zamawiający kieruje się dopuszczając takie rozwiązanie? Czy Zamawiający jest nakierowywany przez jakąś konkretną firmę? Skąd Zamawiający ma wiedzę, że taki zbiornik (korpus) dla konkretnie 12 osób ma jakaś firma i konkretnie z roku 2020?

Wracając do treści pytania:

Rozumiemy, że Zamawiający przy tak „starym” zbiorniku (korpusie urządzenia ciśnieniowego) będzie wymagał aktualnych nie starszych niż 12 miesięcy testów ciśnieniowych hydrostatycznych zbiornika zgodnie z dyrektywą PED obowiązującą w Polsce?

W innym przypadku może się okazać że już prawie 6 letni zbiornik zaraz po zakończeniu gwarancji czyli np. 3 czy 4 latach będzie wymagał bardzo kosztownych modernizacji, napraw czy też wymaganych po 10 latach testów ciśnieniowych m.in. hydrostatycznych – urządzenie jest rozbierane i napełniane wodą do ciśnienia testowego zgodnie z dyrektywą PED a działanie takie jasno będzie nie korzystne dla Szpitala, który jest finansowany z środków publicznych

Podkreślamy, Zamawiający może nabyć od wielu producentów urządzenie nowe z bieżącej produkcji nie starsze np. niż rok , tym bardziej Zamawiający ma tego świadomość ponieważ jest to już kolejne postępowanie na taki system komory hiperbarycznej prowadzone przez Zamawiającego.

Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga aby każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy, pochodził z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2023r. (np. nie demonstracyjny), z zastrzeżeniem korpusu komory hiperbarycznej – nie starszy niż z 2020r.

Zgodnie z nomenklaturą nazw używanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, aby nie wprowadzać niejasności Zamawiający informuje, że ma na myśli korpus komory hiperbarycznej.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Opolu
Jacek Bartosz