



Katowice, dnia 04.03.2025r.

## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – RURKI I PROWADNICE, Nr sprawy: ZP-25-019BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1** Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne należały do grupy II B? Ta cecha daje możliwość stosowania tego samego rodzaju rurki tracheostomijnej przez okres dłuższy niż 30 dni.  
**Odp. Zamawiający nie wskazał klasy wyrobu medycznego, Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zobowiązany jest określić klasę wyrobu w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 2** Pakiet 1 Czy wszystkie rozmiary rurki tracheostomijnej w pakiecie 1 mają być od tego samego producenta? **Odp. Zamawiający preferuje, jednak nie wymaga.**

**Pytanie 3** Pakiet nr 2 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wymaga aby prowadnice z pozycji 1 i 2 były od tego samego producenta? **Odp. Zamawiający preferuje, jednak nie wymaga.**

**Pytanie 4** Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby prowadnice z pozycji 1 była wykonana z plecionki włókninowej z poliwęglanu pokrytej medycznym tworzywem, co daje odpowiednią elastyczność? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 5** Pakiet nr 2 poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga następujących rozmiarów:  
• 3,3 mm, dł. 600, 700, 800 i 1000mm;  
• 5,0 mm, dł. 600, 700, 800 i 1000mm

**Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 6** Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji producenta Sumi, wielorazowa, materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, w kolorze niebieskim, w sztywnym futerale, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, tozmiar 3,3mm i 5,0mm, długość 600mm?  
**Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 7** Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpięścieni? **Odp. Nie. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 8** Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na baloniku, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne. **Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 9** Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki o długości w zależności od rozmiaru 255-325mm? **Odp. Nie. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 10** Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 1 półpięścienia? **Odp. Nie. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**



**Pytanie 11 Pakiet nr 3, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na baloniku, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne. . **Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 12 Pakiet nr 3, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 1 półpięści? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 13 Pakiet nr 3, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na baloniku, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne. **Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 14 Pakiet nr 3, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści rurki o długości w zależności od rozmiaru 220-320mm? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

**Pytanie 15 Pakiet nr 3, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści długość 368mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ (w załączeniu).**

**Pytanie 16 Pakiet nr 3, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści rurkę wykonaną z medycznego PVC, wyposażoną w otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe, gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania, gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką, odpowiednio wyprofilowany kształt, linia RTG na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki RTG określające położenie obu mankietów, prowadnica pokryta tworzywem medycznym, skalowana, baloniki kontrolne znakowane typem mankieta, bez lateksu, w zestawie złącza do rurki dooskrzelowej, 2 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki, prawo- i lewostronne, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia, rozmiar 28 Fr, 32 Fr, 35 Fr, 37 Fr, 39 Fr, 41 Fr? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 17 Pakiet nr 3, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną ustno-nosowa, typ Murphy, wykonaną z medycznego PVC, mankieta niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, średnicą mankieta i numerem LOT, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na załamanie, przezroczysta, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rozmiaru rurki, podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści, skalowana co 1cm, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki, rozmiar 7,5mm, długość 325mm? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 w pozycji 1 rurkę intubacyjną z mankietem obecnie przez Państwa stosowaną w rozmiarach: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0mm. Długość w zależności od rozmiaru 230mm – 350mm. Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ (w załączeniu).**

**Pytanie 19** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 w pozycji 5 rurkę intubacyjną nosową, profilowaną obecnie przez Państwa stosowaną w rozmiarach 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0. Długość w zależności od rozmiaru od 358 mm do 430mm. Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ (w załączeniu).**

**Pytanie 20** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 w pozycji 6 rurkę intubacyjną zbrojoną do bronchoskopii obecnie przez Państwa stosowaną z mankietem w rozmiarze 8,5 o długości 359 mm oraz bez mankieta w rozmiarze 7,0 o długości 319 mm. Pozostałe parametry bez zmian **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**