



WSzSL.FZ.381/40/ 357 / 2025

Legnica, dnia 5.06.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH
WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA I SPRZĘTU DODATKOWEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-40/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Do Zał. 2A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednostka sterująca pracą platformy zawierała system operacyjny MS Windows 10 zamiast 11 Pro, ale spełniała wszystkie podane parametry (SDD-256GB, 64 bitowy, min 8GB, monitor min. 21 cali sterujący pracą platformy, drukarka, czytnik kodów kreskowych)?

Komputer oferowany przez Wykonawcę VSS 14 PC wyposażony jest w dedykowaną do niego wersję WIN10 LTSC (Long Term Support Version C), która jest oficjalnie wspierana przez producenta do stycznia 2029 r.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy p. 4, Tabela B, załącznik 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować udział w niezależnej międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, uwzględniającej 2 panele:

- Breast Cancer Module (HER2 IHC, PR, ER) oraz

- General Module (5-6 różnych przeciwciał wybrane przez jednostkę wykonującą kontrolę - zestaw przeciwciał zmienia się w każdej z trzech edycji w ciągu roku)

Nie zapewnia to kontroli każdego przeciwciała z listy asortymentowej w Tab. A, ale stanowi międzynarodowy standard i jest wystarczające dla oceny jakości w immunohistochemicznych testach diagnostycznych.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował odpowiednio SWZ. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Pytanie nr 5

Rozdział XX. UMOWA

par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni od daty podpisania umowy, a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.



Pytanie nr 6

par. 2A ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby usuwanie wad i usterek przedmiotu najmu były możliwe wyłącznie w dni robocze?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 7

par. 2A ust. 2 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 8

par. 2A ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 9

par. 2A ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby naprawy zdalne były możliwe w dni robocze?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 10

par. 3 ust. 5 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podania informacji na etykiecie w j.polskim?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych m.in. etykiety i instrukcje używania wyrobów medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy mogą być wyrażone w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w zakresie odstąpienia od obowiązku podania informacji na etykiecie w języku polskim.

Pytanie nr 11

par. 3 ust. 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. Wskazujemy, że niektóre odczynniki ze względu na specyficzny materiał biologiczny nie posiadają dłuższego terminu przydatności do użycia niż 6 miesięcy (np. kontrola do HER-2).

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował odpowiednio SWZ. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Pytanie nr 12

par. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do niniejszego paragrafu postanowienia o brzmieniu: "Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy na poziomie co najmniej 80% całkowitej wartości umowy."

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, iż korzysta z prawa opcji w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania umowy i możliwości jej przedłużenia w celu pełnej realizacji ilościowej przedmiotu umowy.

Pytanie nr 13

par. 4 ust. 2 a)-b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni dni liczonym od daty otrzymania faktury?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 14

par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował odpowiednio SWZ, poprzez wprowadzenie możliwości przysyłania faktur drogą elektroniczną na adres kancelaria@szpital.legnica.pl. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.



Pytanie nr 15

par. 6 ust. 1 pkt 3) i 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do "100 zł" za każdy dzień zwłoki?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 16

par. 6 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do "50 zł" za każdą godzinę zwłoki?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara dotyczyła godzin w dni robocze?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 17

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §6 ust. 4 SWZ w następujący sposób:

„4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści.” Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Pytanie nr 18

par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Ponadto, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 19

par. 10 ust. 1 pkt 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności imiennego wskazywania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania umowy głównej? Wszyscy pracownicy Wykonawcy, których Wykonawca dopuszcza do realizowania umowy z Zamawiającym, posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi klientów Wykonawcy oraz zostali przeszkoleni i zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na wielkość zatrudnienia oraz możliwe rotacje pracowników lista ta może być zmienna w czasie, a jej aktualizowanie u Zamawiającego kłopotliwe.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ, poprzez wprowadzenie zapisu o treści: „8) oświadczają, iż wszyscy pracownicy Wykonawcy, których Wykonawca dopuszcza do realizowania umowy z Zamawiającym, posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi klientów Wykonawcy oraz zostali przeszkoleni i zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych”. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Pytanie nr 20

par. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, iż projekt umowy zawarty w SWZ jednoznacznie wskazuje na możliwość zawarcia umowy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie nr 21

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych został wydłużony do 48h?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy, wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Zgodnie z Rozporządzeniem, czas na zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych przez Administratora wynosi 72h od stwierdzenia naruszenia przez Administratora.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia termin na zgłoszenie naruszenia ochrony danych z 24 godzin na 36 godzin. Zamawiający zmodyfikował odpowiednio SWZ. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Pytanie nr 22

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

par. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:



"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 3 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych propozycji Wykonawcy określonych w lit. a-c. Zamawiający zmodyfikował odpowiednio SWZ. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie propozycji Wykonawcy w zakresie treści lit. d. Zgodnie z § 3 ust. 3 przedmiotowej umowy, termin kontroli jest uzgadniany pomiędzy stronami, co pozwala na odpowiednie przygotowanie się ze strony Wykonawcy.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wycofać z Zał. 2A Tab. A przeciwciało CD34?

Wykonawca nie będzie mógł realizować zamówień na ten produkt od 2026 r., ponieważ będzie on usunięty z portfolio Wykonawcy bez możliwości zaproponowania zamiennika.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ, poprzez wykreślenie w Załączniku Nr 2A, w Tabeli A pozycji nr 9 „CD34”. Zmianę zaznaczono kolorem zielonym.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Artur Janiszewski

UWAGA!

1 / Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2/ Składający ofertę winien wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź Zamawiającego (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).