

Szczecin, 18.04.2025 r.

A-ZP.381.24.2025.AKZ

informacja na stronę internetową

WYJAŚNIENIA do SWZ nr 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego: Zamrażarka niskotemperaturowa, Chłodziarka laboratoryjna
- zakup jest finansowany ze środków projektu badawczego pt. "Wpływ wyczerpania immunologicznego i zmian w metylomie na rezerwuar latentego HIV-1 w zależności od subtypu wirusa", na podstawie Umowy nr UMO-2024/53/B/NZ6/03743 zawartej z Narodowym Centrum Nauki.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na prowadzone postępowanie nr A-ZP.381.24.2025.AKZ

zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Dotyczy części nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ogólnego zastosowania, o wysokiej efektywności energetycznej, bez certyfikatu ISO 13485 dla sprzętu medycznego?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga certyfikatu ISO 13485 dla sprzętu medycznego.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Rektor

Uniwersytetu Szczecińskiego

/podpisano podpisem kwalifikowanym
elektronicznym/