

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**Dostawa, montaż i rozruch komory hiperbarycznej wraz z wykonaniem i zakończeniem
wszystkich robót budowlanych niezbędnych do montażu i rozruchu
komory hiperbarycznej**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Wniosek nr 1

W związku z tym, iż Zamawiającym w dniu 30.04.2025 roku dokonał modyfikacji zapisów SWZ a zmiany te są istotne m.in. Zamawiający zmienił specyfikację techniczną oraz zmiany w formularzu oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni – zgodnie z PZP.

Zmiany, których dokonał Zamawiający wymagają dodatkowego czasu dla sporządzenia rzetelnych ofert przez Wykonawców.

„W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Art. 137. - [Zmiana treści SWZ] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1320 t.j.Akt obowiązujący

Wersja od: 30 sierpnia 2024 r.

Art. 137. [Zmiana treści SWZ]

- 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.*
- 2. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.*
- 3. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.*
- 4. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.*

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się.

7. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256."

Zgodnie z PZP Zamawiający ma obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ale nie musi robić tego zdawkowo. Odpowiedzi powinny być merytoryczne i wyczerpujące, a nie jedynie odsyłające do treści SIWZ.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreślany jest profesjonalny charakter wykonawców startujących w przetargach publicznych. Wskazuje się, że taki właśnie profesjonalista powinien dążyć do wyjaśnienia wszelkich dwuznaczności, które się pojawią na etapie analizowania przez niego dokumentacji (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 września 2021 r. o sygn. akt KIO 2266/21). Brak skierowania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w niektórych sytuacjach może być więc odebrany jako zaniechanie wykonania obowiązku wykonawcy, a nie tylko nieskorzystanie z jego uprawnienia. Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że w sytuacji, kiedy wykonawca identyfikuje niejednoznaczność treści dokumentacji, nie powinien tej wiedzy zachowywać dla siebie.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Złożenia (SWZ) powinny być jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Zamawiający ma obowiązek rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z treści SWZ.

Zgodnie z SWZ, albowiem dokonana modyfikacja nie jest istotna dla sporządzenia oferty.

W związku z odpowiedziami nieadekwatnymi lub brakiem odpowiedzi na część pytań wnosimy o wyjaśnienie jak poniżej:

Poniższe wnioski dotyczą dokumentu „2025.04.30.odpowiedzi komora hiperbaryczna-sig” opublikowanego przez Zamawiającego w dniu 30.04.2025 na Platformie postępowania.

Pkt. 1

Dot. odp. na Pyt. 1 strona 1

Zamawiając w odpowiedzi skierował tylko do wzoru dokumentu ale nie wypowiedział się w temacie zadanego pytania.

W związku z powyższym, wnosimy o odpowiedź merytoryczną na zadane pytania.

Wzory dokumentów, które mogą być modyfikowane podczas realizacji zamówienia nie są wiążące dla Wykonawców – zamawiający informację czy wymaga dostarczenia nowego urządzenia winien zawrzeć w SWZ lub Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ponawiamy pytanie:

W związku z brakiem informacji w SWZ - czy dostarczona komora ma być nowa czy używana. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczona komora oraz jej wyposażenie było fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nieużywane, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 rok?

Zamawiający wymaga aby każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy, pochodził z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2023 r. (np. nie demonstracyjny), z zastrzeżeniem korpusu komory hiperbarycznej – nie starszy niż z 2020r.

Pkt. 2

Dot. odp. na Pyt. 2 Dot. Załącznik nr 1 do SWZ – strona 1

Wykonawca w zadanym pytaniu jasno wskazał o jakie wymiary chodzi: cytujemy:

„ dla wymaganych wymiarów komory hiperbarycznej oraz jej podzespołów, pytamy czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10%.”, a więc pytanie zostało zadane jasno i precyzyjnie.

Z treści pytania jasno i jednoznacznie wynika, że Wykonawca pyta o tolerancje wymiarów elementów i części, w których Zamawiający nie podał żadnej tolerancji co z punktu widzenia technologicznego jest niemożliwe do zaoferowania przez jakiegokolwiek wykonawcę na Świecie.

Zgodnie z aktualną wiedzą techniczną nie ma możliwości wykonanie dokładnego wymiaru bez uwzględnienia jakiejkolwiek tolerancji.

Zamawiającym nie odpowiedział jednoznacznie i jasno na powyższe pytanie zgodnie z PZP więc wnosimy o odpowiedź zgodnie z obowiązującym PZP.

Zamawiający ujął w SWZ zakresy tolerancji wymiarów. W zakresie nieokreślonym przez Zamawiającego – wymiary poszczególnych elementów i części winny być uzależnione od producenta systemu komory hiperbarycznej, aby spełnić całość wymogów Zamawiającego opisanych w SWZ, z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pkt. 3

Dot. odp. Na pyt 4 do SWZ – strona

Zamawiającym znowu nie odpowiedział na pytanie a przekierował tylko do niejasnych zapisów w załączniku 1a brzmiących np. *„i zobowiązuję się przedstawić przy składaniu oferty kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów wymienione w punktach do 1 do 5 powyżej.”*

Z treści tego wymagania rozumiemy, że zamawiający wymaga złożenia kopii certyfikatów CE, deklaracji zgodności, zawiadomień i powiadomień do URPL dla urządzeń medycznych objętych przedmiotem oferty.

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiającym wymaga jak powyżej?

Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych:

- 1) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące polskie przepisy prawne, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowany w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1a do SWZ (oświadczenie o wyrobach medycznych).
- 2) Certyfikat zgodności CE lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku nr 1 do SWZ urządzeń.
- 3) Materiałów informacyjnych producenta np. katalogi/opisy techniczne wydane przez wytwórcę komory hiperbarycznej oraz pozostałych wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Informacje zawarte w materiałach muszą opisywać wszystkie wymagane parametry.
- 4) Docelowy szkic rozmieszczenia komory hiperbarycznej i wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, który będzie realizowany w ramach wykonania zamówienia. Szkic ma być złożony w pliku pdf. Zamawiający nie dopuszcza złożenia alternatywnych rozwiązań od przedstawionego. Szkic musi uwzględniać pełną drożność komunikacyjną wprowadzenia wózka z pacjentem od otworu drzwiowego pomieszczenia komory do wejścia do komory (ciąg komunikacyjny o szerokości otworu drzwiowego wejścia do pomieszczenia komory przy otwartych obu skrzydłach). Na szkicu uwidocznione będą również wyraźnie co najmniej następujące wymiary: długość, szerokość i wysokość zbiornika komory, wymiary poszczególnych drzwi komory, wysokość progu wejściowego do komory głównej i przedsionka, średnica okien w świetle, długość przedsionka komory.
- 5) Certyfikat badań, obowiązujący na dzień złożenia oferty, który nie utracił ważności i nie został wycofany lub zawieszony, od jednostki certyfikującej, wystawiony na producenta oferowanego systemu komory hiperbarycznej - dotyczy systemu zwalczania zagrożeń pożarowych.
- 6) Oświadczenie producenta komory hiperbarycznej potwierdzające wydajność systemu i spełnianie wymogów – dotyczy systemu zasilania sprężonym powietrzem.

Pkt 4

Dot. odp. Na Pyt. 6. Dot. Załącznik nr 1 SWZ pkt III poz. 8 – strona 3

Zamawiający tak samo niejasno jak w zapisach SWZ tak w odpowiedzi na pytanie opisał to wymaganie. Wnosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby komora miała możliwość podłączenia kapturów do każdego stanowiska pacjentów?

Zamawiający dokona modyfikacji pkt III poz. 8 załącznika nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia kapturów do każdego stanowiska pacjentów.

Pkt 5

Dot odp na Pyt. 18. Dot. Wzór umowy- strona 7

Zgodnie z bogatym orzecnictwem KIO dla przykładu: Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne jest współdziałanie z zamawiającym, polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SWZ. Zamawiający zaś powinien wyczerpująco udzielać odpowiedzi. Formułowanie wyjaśnienia „zgodnie z SIWZ” nie stanowi odpowiedzi na zadane pytanie. Może rodzić także konsekwencje dla zamawiającego, który – udzielając takiej odpowiedzi – będzie musiał uznać funkcjonalności opisane w pytaniu wykonawcy. KIO zajęła także stanowisko w zakresie dokumentowania procesu oceny ofert w kryteriach oraz dopuszczalnych wyjaśnień treści oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 505/20).

Odpowiedź „zgodnie z SWZ” nie stanowi odpowiedzi na pytanie a nawet dalej idąc zgodnie z wyrokami KIO rozumiana jest jako zgoda z Wykonawcą zadającym pytanie.

W związku z powyższym wnosimy i pytamy dlaczego Zamawiający nie odpowiedział na to pytanie merytorycznie?

Tym samym ponawiamy pytanie i wnosimy o jednoznaczną i precyzyjną odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 2 faktur, zgodnie z zapisami § 14 Rozliczenia wzoru umowy – załącznik nr 13 do SWZ.

Pkt 6

Dot odp na Pyt. 22. Dot. SWZ – strona 9

Zamawiający powinien wymagać od wykonawców określonego doświadczenia, które musi być adekwatne do przedmiotu zamówienia i jego złożoności. Doświadczenie może dotyczyć realizacji podobnych projektów, posiadanych kwalifikacji i umiejętności, jak również udokumentowanego doświadczenia kluczowych osób, które będą realizować zamówienie.

Zamawiający w SWZ opisał przedmiot zamówienia, który składa się z prac budowlanych, komory 12-osobowej oraz wielu urządzeń medycznych wysokospecjalistycznych zgodnie z PZP, doświadczeniem oraz orzecnictwem KIO, Zamawiającym powinien wymagać wykazania się doświadczeniem adekwatnym do wielkości, rodzaju dla całego przedmiotu zamówienia.

Należy również zaznaczyć, że wymagane przez zamawianego wyposażenie tj. respirator, monitorowanie medyczne pacjentów i pompy stanowią około 30% wartości zamówienia, czy Zamawiający chce narazić postępowanie? Czy zamawiający chce dopuścić podmioty, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i nie będą w stanie zrealizować tak wysokospecjalistycznego zamówienia?

Czy Zamawiający kolejny raz zaryzykuje środki publiczne i w konsekwencji brak wykonania zamówienia? Co już miało miejsce?

Zamawiający ma narzędzia aby wymagać wykazania się doświadczeniem adekwatnym do zamówienia i takowe powinien wymagać. W innym przypadku to w pełni Zamawiający odpowiada za np. sytuację, w której zostanie wybrana oferta Wykonawcy nie mającego możliwości oraz odpowiedniego doświadczenia

aby zrealizować tak specjalistyczne zamówienie, co w konsekwencji będzie skutkować zabránieniem dotacji oraz nie uruchomieniem kolejny raz centrum hiperbarycznego w Opolu.

Zamawiający już prowadzi wiele lat tą inwestycję, unieważniał wiele postępowań, a nawet posuwał się do działań niezgodnych z PZP – wyroki KIO np. sygn. akt: KIO 2870/24

WYROK z dnia 30 sierpnia 2024 r. i inne.

Wnosimy o dostosowanie wymagań wykazania się doświadczeniem adekwatnym co do rodzaju oraz wielkości zamówienia zgodnie z wcześniej zadany pytaniem.

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem komór hiperbarycznych wieloosobowych dla min. 4 osób. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tożsamesgo systemu (w tym np. rodzaju i liczby urządzeń wchodzących w skład systemu) z zakresem przedmiotu zamówienia.

Powyższy wymóg uwzględnia możliwość realizacji dostawy systemu komory hiperbarycznej przez Wykonawców, którzy mogli realizować dostawy w różnych konfiguracjach sprzętowych, niekoniecznie tożsamy z przedmiotem niniejszego postępowania, np. w zakresie dostawy 1szt. pompy infuzyjnej, podczas gdy Zamawiający wymaga 3 pomp infuzyjnych, co oznacza brak tożsamości ilościowej, podczas gdy będzie spełniony wymóg rodzajowy.

Pkt. 7

Dot odp na Pyt. 28. Dot. SWZ załącznik nr 1 pos VII strona 15

Zamawiający nie odpowiedział merytorycznie na pytanie. Wnosimy o odpowiedź i ponawiamy – czy zamawiający wymaga systemu kompensującego temperaturę w całej komorze czy tylko punktowo?

Zamawiający wymaga systemu ogrzewania i chłodzenia komory zapewniającego kompensację zmian temperatury w czasie kompresji, dekompresji i fazie izobarycznej. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania działania systemu kompensującego.

Pkt. 8

Zamawiający w wielu pytaniach odpowiedział, że dopuszcza rozwiązania zgodnie z technologią producenta – rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza jakiegokolwiek rozwiązania zaproponowane przez producentów systemów hiperbarycznych?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych uzależnionych od danego kompletnego systemu komory hiperbarycznej z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymogów SWZ. Dopuszczenia jednoznacznie dają możliwość przystąpienia do postępowania większej liczbie Wykonawców.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Opolu
Jacek Bartosz