

Wałbrzych, dnia 07.04.2025r.

DZPZ-530-Zp/15/PN/25

Wykonawcy – wszyscy

Sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 14 i 15 w dniu 01.04.2025r.

Dotyczy: Dostawa endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych – Zp/15/PN/25

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy ze względu na zaprzestanie produkcji koszyków panewkowych opisanych w **pakiecie nr 13 lp. 2** Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu:

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napyłana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μ m naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy ze względu na zaprzestanie produkcji koszyków panewkowych opisanych w **pakiecie nr 13 lp. 3** Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu:

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napyłana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μ m naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742