

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 1 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; spełniający pozostałe wymagania SWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 4 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw posiadający mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem, bez filtra; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 5 dopuści rurki bez oznaczenia rodzaju mankietu na baloniku kontrolnym (zmiana wprowadzona przez producenta rurki dotychczas stosowanej przez Zamawiającego). Rurka posiada na baloniku kontrolnym oznaczenia: producent, marka, rozmiar rurki i średnica spoczynkowa mankietu. Rodzaj mankietu jest wskazany w instrukcji dla użytkownika. Rurki spełniające pozostałe wymagania SWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 6 dopuści rurki bez oznaczenia rodzaju mankietu na baloniku kontrolnym (zmiana wprowadzona przez producenta rurki dotychczas stosowanej przez Zamawiającego). Rurka posiada na baloniku kontrolnym oznaczenia: producent, marka, rozmiar rurki i średnica spoczynkowa mankietu. Rodzaj mankietu jest wskazany w instrukcji dla użytkownika. Rurki spełniające pozostałe wymagania SWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.
5. Kleszcze biopsyjne gastroskopowe jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.3mm, długość robocza 180cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością wykonania biopsji stycznej, osłonka w kolorze pomarańczowe z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, bez igły, łyżeczki opresyjne o kształcie elipsoidalnym z podwójnymi okienkami każda łyżeczka, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, wymagana średnica kanału roboczego 2,8mm, Op. 10 sztuk
Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.
6. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe jednorazowego użytku; średnica narzędzia 3.0mm (jumbo), długość robocza 230cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, bez igły, łyżeczki opresyjne o kształcie owalnym, dużym pogłębionym, z podwójnymi okienkami każda łyżeczka, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, wymagana średnica kanału roboczego 3,2mm, Op. 10 sztuk

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

7. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło;; kształt owalny, średnica pętli 24mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

8. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 36mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

9. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 15mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

10. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 13mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3 mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

11. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego, elastycznego drutu, posiadające wskazania do polipektomii na zimno; kształt rombu, średnica pętli 15mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3 mm. Opakowanie zawiera 10 szt.

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania i zadania pytania.

12. Pytanie do pakietu 3 pozycji 2. Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaokrąglenie wymaganych ilości w pozycji 2 – z 2 na 5 sztuk. Czujniki są pakowane po 5 sztuk i tylko takie opakowania możemy zaoferować i dostarczyć.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie wymaganych ilości do najmniejszego opakowania = 5 sztuk.

13. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający, celem dokładnej weryfikacji poda w jakiej technologii są obecnie używane przetworniki IBP?

Odp. Zamawiający wymaga doprecyzowania pytania – co dostawca ma na myśli pisząc o technologii.

14. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2. Czy zamawiający może podać nr REF obecnie używanej linii?

Odp. Zamawiający informuje iż na chwilę obecną stosujemy produkt o ref PX260.

Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Opolu
Jacek Bartosz