

Warszawa, dnia 14 maja 2025 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2:
„Dostawa aparatu USG wszechstronnego w tym doppler z funkcjami kardio i
naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej”

Nr ZP-2511-07-MDM/2025

Pytania i odpowiedzi do SWZ (cz.1)

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pyt. 1.

Dot. załącznika nr 2 do OPZ, Pytanie 1. Pkt 40,62,63

Zamawiający wymaga by oferowany aparat był połączony s siecią szpitalną w standardzie DICOM. Tym samym prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat USG został zintegrowany z systemem min. PACS/RIS działającym w pracowni ZDO, celem zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w palcówce? Prosimy również o informację czy koszty licencji i prac serwisowych po stronie dostawcy oprogramowania PACS ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?. Prosimy również o podanie nazwy i producenta systemu PACS celem pozyskania stosownych ofert w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat USG został zintegrowany z systemem m.in. PACS/RIS. Koszt licencji/prac serwisowych/wdrożeniowych ponosi Wykonawca. Producentem systemu RIS/PACS jest firma Synektik.

Pyt. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarka w pkt. 64. Zamawiający w tym punkcie wymaga „Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym”, który to wymóg był już uprzednio opisany w punkcie 17.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w pkt. 64 wymóg w zakresie: obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym – wymóg opisany w pkt. 17 i załącza Zał. nr 2 do SWZ (Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych wymaganych ocenianych – po modyfikacji).

Krzysztof Marcin Zakrzewski
DYREKTOR SZPZLO Warszawa-Ochota

W załączeniu:

1. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych wymaganych ocenianych – po modyfikacji – Zał. nr 2 do SWZ.