

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM  
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:  
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

1. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
  - Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
  - Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
  - Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
  - Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
  - Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
  - Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
  - Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
  - System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
  - Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
  - Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemiennie oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
  - Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
  - W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
  - System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
  - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
  - Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
  - Pakowana folia/papier
  - Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych?
- Odp. Zgodnie z SWZ

2. Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
  - Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
  - Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
  - Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
  - System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
  - Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
  - Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
  - Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
  - W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
  - System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
  - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
  - Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
  - Pakowana folia/papier
  - Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych?
- Odp. Zgodnie z SWZ

### 3. Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturką zamocowaną do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych

Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych?

Odp. Zgodnie z SWZ

4. Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odp. Zgodnie z SWZ

5. Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odp. Zgodnie z SWZ

6. Pakiet nr 5, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści ślinociąg w innym kolorze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Pakiet nr 5, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pakiet nr 5, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści rękojeść zasilaną bateriami 2xC?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pakiet nr 5, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści rękojeść o średnicy 28mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pakiet nr 5, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw z łyżkami w rozmiarach 1, 2, 3, 4?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Pakiet nr 5, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pakiet nr 5, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o poj. 2000ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

13. Pakiet nr 5, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyłącznie z maską w rozmiarze 5?

Odp. Zgodnie z SWZ

14. Pakiet nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 5, natomiast maska w rozmiarze 4 dołączona osobno?

Odp. Zgodnie z SWZ

15. Pakiet nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyłącznie z maską w rozmiarze 5?

Odp. Zgodnie z SWZ

16. Pakiet nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 5, natomiast maska w rozmiarze 4 dołączona osobno?

Odp. Zgodnie z SWZ

17. Pakiet nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści długość 150 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

18. Pakiet nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści długość 180 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

19. Pakiet nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 20 ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

20. Pakiet nr 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki

- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Możliwość stosowania do 29 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ

21. Pakiet nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odp. Zgodnie z SWZ

22. Pakiet nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

23. Pakiet nr 5, pozycja 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „maski w pełni bezpieczne w środowisku MR (pozbawione wszelkich metalowych elementów)”?

Odp. Zgodnie z SWZ

24. Pakiet nr 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne dla rozmiaru 5 – czerwony?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Pakiet nr 5, pozycja 22

Czy Zamawiający ma na myśli zbiornik do wkładów Medela?

Odp. Zamawiający ma na myśli stosowany do tej pory zbiornik do wkładów Medela.

26. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja,1. Kleszcze biopsyjne gastroscopowe jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.3mm, długość robocza 180cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością wykonania biopsji stycznej, osłonka w kolorze pomarańczowe z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, bez igły, łyżeczki opresyjne o kształcie elipsoidalnym z podwójnymi okienkami każda łyżeczka, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, wymagana średnica kanału roboczego 2,8mm, Op. 10 sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 2. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe jednorazowego użytku; średnica narzędzia 3.0mm (jumbo), długość robocza 230cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, bez igły, łyżeczki opresyjne o kształcie owalnym, dużym pogłębionym, z podwójnymi okienkami każda łyżeczka, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, wymagana średnica kanału roboczego 3,2mm, Op. 10 sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

28. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 3. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło,; kształt owalny,

średnica pętli 24mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

29. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 4. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 36mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

30. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 5. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 15mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

31. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 6. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu o grubości 0.47mm, sztywne, posiadające wskazania do polipektomii na ciepło; kształt owalny, średnica pętli 13mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3 mm. Opakowanie zawiera 10szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

32. Czy zamawiający dopuści Pakiet 7, Pozycja 7. Pętle do polipektomii wykonane z plecionego, elastycznego drutu, posiadające wskazania do polipektomii na zimno; kształt rombu, średnica pętli 15mm, długość robocza: 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.3 mm. Opakowanie zawiera 10 szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA w Opolu  
Jacek Bartosz